



Název veřejné zakázky: **Dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1971/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V příloze Příloha č 3 Technická specifikace 1, zadavatel stanovil bod:

- Snímání pulzu matky z TOCO sondy.

Dle dostupných informací uchazeče touto funkcí chráněnou patentem, což výrobce udává i na svém webovém portálu „<https://www.philips.co.uk/healthcare/resources/feature-detail/smart-pulse>“, disponuje jediný výrobce a to je společnost Philips. Jelikož tento bod lze splnit obdobným řešením, jehož výsledkem bude stejný nebo lepší klinicko-medicínský účel požadavku zadavatele, a to je „snímání pulzu matky“, ptá se uchazeč, zda bude jeho rovnocenné (obdobné) technické řešení akceptováno v souladu se zákonem 134/2016sb. § 6 a § 89?

Technická řešení nabízené uchazečem, které splní klinicko-medicínský účel, t.j. „Snímání pulzu matky“ jsou u nabízeného přístroje na výběr dvě:

1. Pulz matky může být snímán pomocí 3svodového EKG, které u přístroje ve své zadávací dokumentaci zadavatel požaduje v „Příloha č 3 Technická specifikace 1“ bod

- „Snímání EKG matky“.

2. Pulz matky může být snímán při snímání SpO2, které u přístroje ve své zadávací dokumentaci zadavatel požaduje v „Příloha č 3 Technická specifikace 1“ bod

- „Snímání SpO2 matky“

Uchazeč by rád poznamenal, že všechny výše popsané metody pro snímání pulzu matky (přes TOCO sondu, EKG nebo SpO2) jsou neinvazivní metody a tedy riziko představují pro matku všechny stejné a to minimální.

Dotaz č. 2

Ve vyhlášeném výběrovém řízení s názvem „Dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o. z.“ jsou kromě dalších, udávané dva z technických požadavků, a to na: „Snímání SpO2 matky“ a „Snímání pulzu matky z TOCO sondy“.

Námi nabízený Kardiotokograf umožňuje oba parametry („SpO2 matky“ a „pulz matky“) snímat najednou díky nejnovějšímu „Snímači SpO2 matky“.

Bude zadavatel akceptovat tento víceméně totožný technický parametr?

**Odpověď na dotaz č. 1 a č. 2**

Zadavatel nepřipouští variantní řešení z důvodu potřeby přístroje pro jednoznačné odlišení plodu a matky. Navíc v případě fyziologického stavu samotné rodičky není nezbytné rodičkám dále snižovat komfort pobytu v porodnici připojováním další sondy nebo EKG svodů. Zadavatel tedy trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci.

V souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek. Nový termín bude zveřejněn na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: - 4 -02- 2020

06

**Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

