

Poskytnutí dodatečných informací č. 9

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s.“

(ČÁST: 8- A. Flexibilní rhino-pharyngoskop pro děti (ORL Děčín))

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje flexibilní endoskop o průměru cca 3mm.

Akceptuje zadavatel při splnění všech ostatních technických parametrů nabídnout dětský flexibilní rhino-pharyngoskop o průměru 2,2mm?

Odpověď č. 1:


Zadavatel akceptuje dětský flexibilní rhino-pharyngoskop o průměru 2,2mm

V souvislosti s upřesněním technické specifikace, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro - ČÁST: 8 - Flexibilní rhino-pharyngoskopy

do **07 -01- 2015**
do v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **07 -01- 2015** v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: **12 -11- 2014**



Ing. Petr Fiala
generální ředitel