

Název veřejné zakázky: **Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1:
Oddělení následné péče Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1957/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,
v technické specifikaci předmětu je požadavek na 13 trysek - myčka, kterou může nabídnout naše společnost disponuje 9 pevnými a 2 rotačními tryskami, které spolehlivě splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu mytí a splňují všechny potřebné hygienické předpisy. Můžeme nabídnout myčku s 11 tryskami (9 pevných + 2 rotační)?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na znění technické specifikace. Proto nebude akceptovat řešení myčky podložních mís s 11 tryskami.

V Ústí nad Labem dne: **11-02-2020**

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel