



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii
Nemocnice Most, o.z. – Ventilátor pro umělou plicní ventilaci
MRI kompatibilní**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **25002/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,
dovoluji si Vás požádat o zaslání vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
V rámci přílohy č. 2 Zadávací dokumentace: Technická specifikace zadavatel požaduje:

- Provoz bez potřeby elektrické energie
Myslí tímto zadavatel provoz bez potřeby připojení k elektrické síti, tedy na vestavěný akumulátor?

Předem děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď č. 1

Ano, Zadavatel měl tímto na mysli provoz na vestavěný akumulátor.

V Ústí nad Labem dne:

18-02-2020

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel