



Název veřejné zakázky: **Operační stoly pro chirurgii oka (dále jen „VZ“)**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2025/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotazy:


Ráda bych se dotázala, zda bude zadavatel akceptovat níže uvedené rozdíly v technických parametrech:

- Šířka ložné plochy minimálně 620 mm (uvažována dle sedacího a zádového dílu) : Nabídnout můžeme 550 mm
- Standardní boční kolejnice (lišty) pro připevnění příslušenství u zádového a sedacího dílu po obou stranách, 25x10 cm dle DIN EN ISO 19054 : tady je asi chyba a mělo by být 25x10 mm
- Manipulační madla Nemáme a nevím, jak by to mělo vypadat. Manipulovat se dá držením za desku stolu
- Aretační systém pro držení směru kol elektricky ovládaný z manipulačních madel. U našeho stolu kola není možná ovládat z madel
- Nastavení výškové pozice v rozsahu minimálně 615 až 830 mm od země (ve vztahu k dílu spojeného s nohou stolu) . My můžeme nabídnout: 680-1080 mm
- Náklon nožního dílu v rozsahu minimálně 0° až -78° (ve vztahu k vodorovné poloze) u našeho stolu lze naklonit pouze mechanicky

Odpověď na dotazy:

Zadavatel u všech položek trvá na původním zadání.

V Ústí nad Labem dne: **24 -02- 2020**


.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek