



Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Dodávka SZM pro oddělení kardiologie – kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery - defibrilátory“

dne 06.11. 2014 byla zadavateli veřejné zakázky „Dodávka SZM pro oddělení kardiologie – kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery - defibrilátory“ doručena žádost o dodatečné informace. Přestože tato žádost nebyla podána v souladu s § 49 odst. 1 ZVZ, zadavatel po jejím prozkoumání došel k závěru, že je třeba obsah žádosti o dodatečnou informaci v návaznosti na zadávací podmínky veřejné zakázky důsledně analyzovat a poskytnout dodatečné informace.

dotaz č. 1

Dotaz dle odst. 4 ZD, část 2

Bude požadovat zadavatel zařízení (pacientskou jednotku)umožňující vzdálenou kontrolu pacienta jako součást dodávky přístrojů?

odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nepožaduje pacientskou jednotku umožňující vzdálenou kontrolu pacienta jako součást dodávky přístroje.

dotaz č. 2

Bude zadavatel požadovat návrh smlouvy o síťových službách jako samostatnou přílohu.

odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nepožaduje návrh smlouvy o síťových službách.

dotaz č. 3

Jaké náležitosti musí obsahovat potvrzení o provozu systému dálkové kontroly? Požadujete potvrzení z pracoviště, které systém dálkové kontroly používá?

odpověď na dotaz č. 3

ano, viz ZD odst.4,část 2 Funkčnost systému uchazeč doloží potvrzením o provozu systému dálkové kontroly po dobu minimálně 2 let, minimálně ze tří pracovišť-nemocnic či ambulančí.

dotaz č. 4

Pro kolik pacientů musí toto pracoviště tento systém používat?

odpověď na dotaz č. 4



Zadavatel nestanovuje počet pacientů na potvrzení. Na potvrzení však bude uveden počet pacientů, kteří mají systém dálkové kontroly v nemocnici či ambulanci.

dotaz č. 5

Dotaz dle odst. 4 ZD, část 3

Pokud uchazeč nabídne zadavateli kardiostimulátor + elektrody umožňující vyšetření nositele magnetickou resonancí bez omezení na některou část těla, bude brán tento technický požadavek jako platný a tedy splněný?

odpověď na dotaz č. 5

ano

dotaz č. 6

Dotaz dle odst. 4 ZD, část 4

Požaduje zadavatel přiložit tuto klinickou studii jako součást úplné technické dokumentace, jak je uvedeno v bodu 11.1.ZD

odpověď na dotaz č. 6

ano (abstrakt nebo reference)

dotaz č. 7

Dotaz dle odst. 4 ZD, část 2,3,4 a 5

Je součástí funkce automatické měření prahů také automatické měření signálů a impedancí?

odpověď na dotaz č. 7

viz. Odst. 4 ZD , část 2,3,4 a 5

dotaz č. 8

Je součástí funkce automatického nastavení bezpečné amplitudy impulsu také automatické přednastavení senzitivity?

odpověď na dotaz č. 8

viz odst. 4 ZD, část 2,3,4 a 5

dotaz č. 9

Dotaz dle odst. 4 ZD, část 7

Bude požadovat zadavatel zařízení (pacientskou jednotku) umožňující vzdálenou kontrolu pacienta jako součást dodávky přístrojů?

odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel nepožaduje pacientskou jednotku umožňující vzdálenou kontrolu pacienta jako součást dodávky přístroje.

dotaz č. 10

Bude zadavatel požadovat návrh smlouvy o síťových službách jako samostatnou přílohu

**odpověď na dotaz č. 10**

Zadavatel nepožaduje návrh smlouvy o síťových službách.

dotaz č. 11

Jaké náležitosti musí obsahovat potvrzení o provozu systému dálkové kontroly? Požadujete potvrzení z pracoviště, které systém dálkové kontroly používá?

odpověď na dotaz č. 11

ano, viz odst.4, část 2 Funkčnost systému uchazeč doloží potvrzením o provozu systému dálkové kontroly po dobu minimálně 2 let, minimálně ze tří pracovišť-nemocnic či ambulancí.

dotaz č. 12

Pro kolik pacientů musí toto pracoviště tento systém používat?

odpověď na dotaz č. 12

Zadavatel nestanovuje počet pacientů na potvrzení. Na potvrzení však bude uveden počet pacientů, kteří mají systém dálkové kontroly v nemocnici či ambulanci.

dotaz č. 13

Dotaz dle ZD, bod 8

Požaduje zadavatel dodání dokumentace k prokázání kvalifikace pro každou část VZ, do které uchazeč přihlásí, zvlášť ?


odpověď na dotaz č. 13

ano

V důsledku uvedených skutečností zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 3 zákona na 20.02.2015 v 10:00 hod. Zpřístupnění obsahu nabídek podaných v elektronické podobě komisi, proběhne dne 20.02.2015 v 10:30 hod. Lhůtu pro otevírání nabídek zadavatel stanovuje na 20.02.2015 v 11:00 hod.

V Ústí nad Labem dne: 21-11-2014

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
Ing. Petr Fiala
generální ředitel