



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z. – Standardní inkubátor**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevření řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2000/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Toto zadávací řízení bylo uveřejněno v návaznosti na zrušené předchozí zadávací řízení s názvem **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Inkubátory a výhřevná lůžka II. – Standardní inkubátor**, ev.č. zakázky Z2019-022874. Zadavatel ve svém rozhodnutí, ev.č. 1727/2019 ze dne 18.12.2019 uvedl, že má v úmyslu předmětnou veřejnou zakázku vyhlásit opětovně v souladu se ZZVZ.

Rozumíme tedy správně, že se jedná o opakovanou veřejnou zakázku se stejným předmětem.

V příloze č. 2 Technická specifikace na rozdíl od předchozí technické specifikace nejsou uvedeny parametry, které jsou pro inkubátor zcela zásadní (a byly součástí původní technické specifikace), mimo jiné:

- Několik napájecích zásuvek pro příslušenství (min. 2 ks dle vysvětlení původní ZD č. 3).
Napájecí zásuvky se využívají např. pro zdroj energie z pulsního oxymetru (pulzní oxymetr je součástí předmětu vz), infuzní techniky atd.
- Integrované vyšetřovací světlo s LED technologií
(dle vysvětlení původní ZD č. 2 zadavatel akceptoval světlo s LED technologií s polohovacím ramenem uchyceným k eurolišti inkubátoru)
- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí
Dovolujeme si upozornit, že tento režim je při péči o novorozence zcela zásadní pro minimalizaci stresu z podchlazení/ přehřátí, minimalizaci výdeje kalorií na vyrovnání rozdílu teplot a velký benefit je i kontinuální monitoring novorozence. Tento režim je doporučován nadnárodními výrobci inkubátorů jako výchozí v péči o novorozence.
- Systém řešení držení ventilačních hadic
Nutné v případě ventilační podpory
- Nastavitelná výška inkubátoru v rozmezí minimálně 20 cm
Smyslem je usnadnění péče ošetřujícího personálu



Bude zadavatel nově požadovat tyto parametry/ funkce jako součást předmětu veřejné zakázky ?

Odpověď č. 1:

Zadavatel konstatuje, že technická specifikace byla poupravena na základě současných požadavků na standardní inkubátor s pulsním oxymetrem.

Zadavatel nepožaduje níže uvedené parametry/funkce jako součást předmětu veřejné zakázky:

- Několik napájecích zásuvek pro příslušenství,
- Integrované vyšetřovací světlo s LED technologií,
- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí,
- Systém řešení držení ventilačních hadic.

Zadavatel nestanovuje konkrétní požadavek na rozměr nastavitelné výšky inkubátoru.

Dotaz č. 2

Zadavatel v Příloze č. 2 Technická specifikace požaduje pro Inkubátor úložný prostor

Rozumí tomuto parametru uchazeč správně, když se domnívá že zadavatel požaduje prostorný šuplík na uložení novorozeneckých plen, příslušenství k podávání kortikoidů, příslušenství k monitorování novorozence a jeho ošetření (saturační a teplotní čidly s kryty, ambuvak, příslušenství k CPAP, aj.). ?

Nebo uchazeč splní tento bod specifikace dodáním standardní poličky nebo misek ?

Odpověď č. 2:

Zadavatel tímto upřesňuje, že požaduje zásuvku nebo úložný prostor s dvířky (skříňku) k uložení příslušenství a plen. Zadavatel neakceptuje jako náhradu standardní poličku ani misku.

Dotaz č. 3

V rámci všech dodaných inkubátorů pro nemocnici Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most, o.z. v rámci programu „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v Perinatologii...“ byly součástí inkubátorů integrované váhy s metrologickým ověřením – cejchu schopná váha.

Bude zadavatel nově požadovat cejchu schopné váhy i zde pro možnost rychlé záměny inkubátorů v případě poruchy, nebo alespoň „možnost následného dovybavení inkubátoru integrovanou váhou s metrologickým ověřením- cejchu schopné váhy ?

Odpověď č. 3:

Zadavatel nepožaduje integrovanou váhu v inkubátoru.





Dotaz č. 4

Zadavatel v Příloze č. 2 Technická specifikace požaduje pro Inkubátor
Centrální displej pro monitoraci teploty vzduchu a stavu akumulátoru

Má zadavatel na mysli centrální displej s úhlopříčkou min 10", tak, jak požadoval
v předchozím zadávacím řízení: Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Inkubátory a
výhřevná lůžka pro část 2. ?

Odpověď č. 4:

Zadavatel nestanovuje konkrétní požadavek na rozměr uhlopříčky centrálního displeje.

Dotaz č. 5:

Součástí poptávky standardní inkubátor je i pulzní oxymetr. Lze podat nabídku pouze na 2 ks
standardních inkubátorů?

Odpověď č. 5:

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci, tj, 2 ks standardních inkubátorů
a 2 ks pulzních oxymetrů.

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

02.03.2020

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel