



Název veřejné zakázky: **Operační stoly pro chirurgii oka (dále jen „VZ“)**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2025/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Standardní boční kolejnice (lišty) pro připevnění příslušenství u zádového a sedacího dílu po obou stranách, 25x10 cm dle DIN EN ISO 19054 : tady je asi chyba a mělo by být 25x10 mm

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o chybně zapsané jednotky. Požadujeme samozřejmě rozměry v milimetrech, jak je uváděno normou.

Dotaz č. 2:


Nastavení výškové pozice v rozsahu minimálně 615 až 830 mm od země (ve vztahu k dílu spojeného s nohou stolu). My můžeme nabídnout: 680-1080 mm.

Odpověď na dotaz č. 2:

Akceptujeme nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne:

- 4 -03- 2020


.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek