



Název veřejné zakázky: **Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2:  
Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1958/2020**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Dobrý den,

v rámci prohlídky místa instalace jsem zjistil, že stavební připravenost na Rehabilitačním oddělení (pavilon T) neodpovídá parametrům pro připojení myčky podložních mís (libovolného typu).

Odpad z myčky podložních mís (v podstatě libovolného) má být realizován HT trubkou DN100 (do podlahy nebo do stěny), nikoliv "pračkovým" odpadem se sifonem.

Myčka podložních mís rovněž vyžaduje pro správnou funkci přívod teplé a studené vody, zde je připraven pouze přívod studené vody.

Připojení elektřiny je možné 230 V i 400 V do vypínače.

Stavební připravenost by bylo možné vyřešit i bez stavebních prací tak, že by se odpad připojil přes "T" koleno k odpadu výlevky (výlevku bude nutné posunout). Vodu je možné připojit na baterii u výlevky. Zásuvku doporučujeme nahradit vypínačem.

S ohledem na to, že se jedná o vícepráce nad rámec standardní instalace, chci se zeptat, zda-li zajistí stavební připravenost zadavatel, nebo případně dodavatel na základě dodatečné objednávky?

Děkuji za odpověď

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje provedení stavebních úprav po dodavateli myčky. Jedná se o stavební práce k úpravě přívodu vody, odpadu a jednofázového přívodu elektrické energie.

Přílohou této odpovědi jsou stavební výkresy rozvodů v místě instalace a fotografie místa.

V přílohách jsou výkresy vodovodu, kanalizace a elektro 3.NP. Podle zhotovitele je potrubí nataženo podle projektové dokumentace. Odpad k myčce (podomítkový sifon) je napojen do odpadního potrubí vedeného od dřezu ve výšce cca 50cm od podlahy a dále do sousední místnosti k umyvadlu a pod strop ve 2.NP dále k odpadní stoupačce. Přívod vody k myčce je natažen v podlaze. Uzávěry



vody jsou na protější stěně v SDK přihrádce. Elektro zásuvka 1f s přívodem přitaženým kolmo z podlahy.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1: 3.N.P. - Kanalizace\_výřez
- Příloha č. 2: 3.N.P. - Vodovod\_výřez
- Příloha č. 3: E-04.2 - výřez
- Příloha č. 4: fotografie místa\_1
- Příloha č. 5: fotografie místa\_2

V Ústí nad Labem dne: 05-03-2020

06  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

.....  
**Ing. Petr Fiala**  
generální ředitel

*kz*