



Evidenční číslo veřejné zakázky: 2ZP14076

Název veřejné zakázky: Endoskopická věž vč. terapeutického videogastroskopu a videokolonoskopu pro gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní a.s – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Výzva k podání nabídky

Jedná se o veřejnou zakázku – (dodávka) malého rozsahu, zadávanou v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ), o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), postupem mimo režim zákona.

S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že nepostupuje ani podle ust. § 26 odst. 5 věta druhá zákona, přestože se v této zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení zákona. Zadavatel uvádí odkazy na zákon, protože používá podpůrně některé jeho právní instituty, termíny nebo postupy.

Součástí výzvy k podání nabídky je zadávací dokumentace.

Název zakázky:

Endoskopická věž vč. terapeutického videogastroskopu a videokolonoskopu pro gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní a.s – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Krajská zdravotní, a. s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1550

2. Kontaktní údaje zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech soutěže: Zbyněk Tichý
tel:477117957



e-mail: zbynek.tichy@kzcr.eu

3. Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace endoskopické věže vč. terapeutického videogastroskopu a videokolonoskopu pro gastroenterologické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. vč. veškerého příslušenství, které je nutné pro uvedení do provozu. Součástí plnění musí být instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání veškeré dokumentace uvedené v obligatorním návrhu smlouvy, záruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy.

3.1 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na předmět plnění souhrnně za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů činí 1 940 000 Kč bez DPH.

3.2 Rozsah a specifikace předmětu plnění

Popis:

Plně vybavená endoskopická sestava pro gastroenterologické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.. Součástí dodávky je videoprocessor, zdroj studeného světla, terapeutický videogastroskop, videokolonoskop a veškerá kabeláž nutná pro provoz zařízení.

Technická specifikace:

Videoprocessor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9
- Umožňuje selektivního osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu
- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti
- Digitální zoom
- Nastavení velikosti zobrazení
- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií
- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (videoendoskopy řady 140, 160, 180 i nejnovější 190L a videoduodendoskopy řady 140, 160, 180)
- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu,
- Možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor
- Nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant),
- Možnosti kontrastu
- Nastavení barevného odstínu R, B, Chroma +/- 8 kroků
- vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, DV a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA))
- Automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel
- Zmrazení obrazu
- Ukládání a předvolba dat pacienta
- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje
- Možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru, cca 4 snímky
- Ukládání a předvolba uživatelského profilu



- Identifikace používaného endoskopu na monitoru
- Archivace obrázků na USB Flash Disc nebo CF kartu
- Výstup do počítače, podpora DICOM verze 3.0
- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla
- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu
- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W
- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin
- Umožňující regulaci intenzity světla
- Záložní halogenová nebo LED lampa
- Automatické uložení předchozího nastavení
- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu kabelu
- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení),

Flexibilní terapeutický videogastroskop

- Vybaven přídatným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice
- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu
- Vodotěsný konektor
- Zobrazovací systém
 - Chip barevný
 - Rozlišení HDTV
- Optický systém
 - Zorné pole min. 140°
 - Směr pohledu přímý
 - Hloubka pole min. 2 - 100 mm
 - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce cca. 3 mm
- Zaváděcí tubus
 - Zevní průměr distálního konce max. 12 mm
 - Zevní průměr tubusu max. 12 mm
 - Pracovní délka min. 1030 mm
 - Celková délka max. 1400 mm
 - Pracovní kanál vnitřní průměr min. 3,7 mm
- Ohybová část - rozsah angulace
 - Nahoru min. 210°
 - Dolů min. 90°
 - Doprava min. 100°
 - Doleva min. 100°
- Možnost připojení k dosavadním zařízením
 - Automatické desinfektory ETD2 PLUS GA, ETD3 PLUS GA
 - Manuální dezinfektor TD - 20

Flexibilní videokolonoskop

- Vybaven přídatným oplachovým kanálem
- Umožňuje selektivního osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu
- Zobrazovací systém
 - Chip barevný



- Rozlišení HDTV
- Propojení tubus - věž
 - Přenos rotace tubusu kolem radiální osy
 - Vysoce flexibilní úsek v distální části
- Optický systém
 - Zorné pole min. 160°
 - Směr pohledu přímý
 - Hloubka pole min. 2 - 100 mm
 - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce cca. 3 mm
- Zaváděcí tubus
 - Zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm
 - Zevní průměr tubusu max. 12,8 mm
 - Pracovní délka min. 1680 mm
 - Celková délka max. 2005 mm
 - Pracovní kanál vnitřní průměr min. 3,7 mm
- Ohybová část - rozsah angulace
 - Nahoru min. 180°
 - Dolů min. 180°
 - Doprava min. 160°
 - Doleva min. 160°
- Možnost připojení k dosavadním zařízením
 - Automatické desinfektory ETD2 PLUS GA, ETD3 PLUS GA
 - Manuální dezinfektor TD - 20

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá uzavřít smlouvu a realizovat dodávku v nejkratším možném termínu po řádném ukončení zadávacího řízení. Garantovaný termín dodání včetně instalace od podpisu smlouvy uvede uchazeč v návrhu smlouvy.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

Název: Krajská zdravotní, a. s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, PSC 401 13
Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – gastroenterologické oddělení

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 9.12.2014 v 14:00

5.2 Místo pro podání nabídky

Nabídky podávají uchazeči **výhradně** v elektronické podobě v systému E-ZAK Krajské zdravotní, a.s. na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>





6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace analogicky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v tomto rozsahu.

- 6.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona odst. 1 písm. a) až k), a to čestným prohlášením, které bude originálně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 2).
- 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) zákona, a to doložením výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, formou prosté kopie.
- 6.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. b) zákona, a to doložením příslušného oprávnění k podnikání, formou prosté kopie.

7. Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

- 7.1 Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce.
- 7.2 Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
 - 7.2.1 Krycí list nabídky (příloha č. 1, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČ, DIČ, kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail), případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena (viz příloha č. 1).
 - 7.2.2 Návrh Smlouvy dle bodu 9 této Výzvy k podání nabídky (viz příloha č. 4).

8. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- 8.1 Nabídková cena bude stanovena v české měně.
- 8.2 Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky
- 8.3 Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

9. Požadavek na předložení návrhu Smlouvy

Uchazeč je povinen předložit doplněný obligatorní návrh smlouvy (příloha č. 4), který tvoří povinnou součást nabídky a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. Současně bude návrh smlouvy předložen v editovatelném formátu (Microsoft Office Word).

Následující náležitosti je povinen uchazeč zpracovat do návrhu smlouvy

- a) Smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud jsou přiděleny)
- b) Předmět plnění
- c) Podpisy na jedné listině

Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č. 3)

10. Platební podmínky



Platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. (příloha č. 3)

11. Další podmínky veřejné zakázky

- 11.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 11.2 Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření Smlouvy zakázky se zadavatelem.
- 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změnách a doplnění předloženého návrhu Smlouvy.
- 11.4 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazečem v nabídce.
- 11.5 Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou.
- 11.6 Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- 11.7 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 11.8 Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit.

12. Doplnující dotazy

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>

Zadavatel si analogicky s § 60 odst. 2 ZVZ a ust. § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 si vyhrazuje právo komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele.



13. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Analogicky s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu nejnižší nabídková cena.

14. Přílohy

| Číslo přílohy | Název přílohy |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Krycí list |
| Příloha č. 2 | Vzor – Čestné prohlášení – splnění základních kvalifikačních předpokladů |
| Příloha č. 3 | Všeobecné obchodní podmínky |
| Příloha č. 4 | Obligatoční návrh smlouvy |

V Ústí nad Labem dne: 2.11.2014


Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627