

Název veřejné zakázky: **Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2058/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 k části č. 7

Dobrý den,

v části č.7: Obalový materiál pro plazmovou sterilizaci, v technické specifikaci, je jeden z požadavků "je označen správný směr otvírání - Peel efekt" u těchto obalových materiálů se směr otvírání neoznačuje, protože Tyvek není bipolárně orientovaný materiál tak jako je to u kombinovaných materiálů papír/folie. Zde nedochází při opačném směru k vytrhávání vláken z materiálu Tyvek.

Odpověď č. 1 k části č. 7

Zadavatel souhlasí s úpravou technické specifikace ve veřejné zakázce Dodávky Materiálů pro sterilizaci - Obalový materiál - část 7: Obalové materiály pro plazmovou sterilizaci, a položku „*je označen správný směr otvírání - Peel efekt*“ z požadavků uvedených v technické specifikaci vyjímá.

V Ústí nad Labem dne:

.....

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

