

Poskytnutí dodatečných informací č. 7

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s. – ČÁST 2 – Intrakorporální litotryptor“

Dotaz č. 1:

Mohu poprosit o dovyjasnění Vaši odpovědi na dodatečné dotazy v rámci VZ: „Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů v KZ, a.s.“ část 2 intr.litotryptor. V "Poskytnutí dodatečných informací č.3" jste na Dotaz č 3 odpověděli nejednoznačnou odpověď. Odpověď zněla: "Sondy k ureterorenoskopii, kde stačí mechanická trypse a v počtu 2ks a KS kombinovaných k perkutánní operaci a 1 čistě mechanická." Znamená to, že máme dodat 2ks sond pro ureterskopii a 1ks sond pro perkutánní operace?


Odpověď č 1:

Požadujeme:

1ks mechanické sondy pro ureterorenoskopii s tím, že pokud uchazeč nebude mít systém výmenných hrotů různé tloušťky, budeme požadovat dodání ještě jedné mechanické sondy.

Pro perkutánní výkony požadujeme 2ks sond - z toho jedna sonda kombinovaná a jedna sonda ultrazvuková.

V Ústí nad Labem dne: - 2 -12- 2014



Ing. Petr Fiala
generální ředitel