

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1755/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiokardiografie - část 4: HW a SW pro analýzu CTG“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000304**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-028130**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně:

- jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
- provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
- instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- předání všech příslušných dokladů,
- záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy,
- likvidace obalového materiálu.

Cena sjednaná ve smlouvě: 940 000,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: S & T Plus s.r.o.
Sídlo: Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4
IČO: 25701576

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele a v souvislosti s Rozhodnutím zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení ze dne 18. 2. 2020.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	S & T Plus s.r.o.	Novodvorská 994/138 142 00 Praha 4	25701576	940 000,00 Kč bez DPH
2.	LHL s.r.o.	Lipová 17/18 400 10 Ústí nad Labem	27301800	758 000,00 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
LHL s.r.o.	Lipová 17/18 40010 Ústí nad Labem	27301800

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Z nabídky účastníka LHL s. r. o. nebylo komisi zřejmé, zda nabízený systém využívá samodržné adhezivní elektrody s bezdrátovým záznamovým modulem umožňujícím volný pohyb těhotné ke snímání srdeční frekvence plodu, srdeční frekvence matky a snímání činnosti dělohy. Proto komise vyzvala dne 21. 11. 2019 účastníka k objasnění této skutečnosti a k předvedení nabízeného zdravotnického prostředku.

Účastník k žádosti o objasnění dané skutečnosti ve své odpovědi ze dne 26. 11. 2019 uvedl, že: „Uchazeč uvádí, s odkazem na bod 1. cituji: „Systém musí využívat samodržné adhezivní elektrody pro snímání signálů s bezdrátovým záznamovým modulem“, splňuje měření požadovaných parametrů, tedy měření FHR, MHR, TOCO, a to v požadovaných rozsazích, pomocí samodržných adhezivních elektrod pro snímání signálů s bezdrátovým záznamovým modulem umožňující volný pohyb těhotné. Měření FHR zajišťuje ultrazvukový bezdrátový modul, MHR zajišťují samodržné adhezivní sondy spolu s bezdrátovým modulem, který měří také TOCO těhotné.“

Na základě objasnění dotazu a z předvedení daného zdravotnického prostředku dospěla komise k závěru, že nabízený zdravotnický prostředek nesplňuje technickou specifikaci požadovanou zadavatelem na předmětný zdravotnický prostředek, a to konkrétně tím, že měření srdeční frekvence matky (MHR) sice probíhá prostřednictvím adhezivní elektrody, nikoliv však i měření srdeční frekvence plodu (FHR) a snímání činnosti dělohy (TOCO), které, jak to uvedl samotný zástupce společnosti LHL s. r. o. a komise to při předvedení dne 10. 12. 2019 zdravotnického prostředku viděla, probíhá pomocí neadhezivních bezdrátových CTG sond.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka je rozdělená na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Irelevantní

V Ústí nad Labem dne 23.03.2020

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

