

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – EKG přístroj**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2007/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Veřejná zakázka nadlimitní, zadávaná v otevřeném řízení

Název vz: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – EKG přístroj**

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 Technická specifikace jako jeden z minimálních technických a uživatelských parametrů a vlastností:

- EKG přístroj musí být připojitelný a plně použitelný se stávajícím kardiologickým systémem MUSE*

Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje takový EKG přístroj, který umožňuje obousměrnou komunikaci se stávajícím systémem MUSE, jako je přijímání Worklistů, přijímání demografických údajů pacienta a samotné odesílání EKG záznamů s potvrzením, že záznam byl úspěšně přijat do systému MUSE.

Je náš předpoklad správný?

Předem Vám děkujeme za vyjádření

Odpověď č. 1

Ano, účastník rozumí správně požadavku zadavatele a jeho předpoklad je správný.

V Ústí nad Labem dne:


2020-03-20

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


Ing. Petr Fiala
generální ředitel