

Název veřejné zakázky: **Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2058/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1 k části č. 5

Je problém v části 5 – Technická specifikace - Netkaná textilie s vyšší gramáží

„Netkaná textilie vyrobená minimálně ze tří vrstev polypropylenu nebo materiálu obdobných vlastností s minimální gramáží 59g/m2, vhodná jako vnější nebo vnitřní obal, jako sterilní podklad nebo i jako vnitřní výstelka kontejnerů - splnění parametru označeno v nabídce“

Problém je tam z definicí gramáže – tyto obaly se vyrábějí v několika gramážích od 33,3 až do 75 g/m2

Ale stanovením hranice 59 g/m2 – je umožněné podat nabídku snad jen firmě Vistex /ta prodává obal s 60 g/m2, výrobce PMS Turecko/

Pokud by se snížila hranice na 55 g/m2 – tak by mohlo soutěžit více firem.

U vyšší gramáže konkrétně 75 g/m2 odpovídá cena oproti 60g/m2 je značně vyšší, je to o 25% vyšší gramáž, tudíž i cena.“

S pozdravem

Odpověď č. 1 k části č. 5

Zadavatel upravuje položky technické specifikace ve veřejné zakázce **Dodávky materiálů pro sterilizaci - část 5: Netkaná textilie s vyšší gramáží:**

- „Netkaná textilie vyrobená minimálně ze tří vrstev polypropylenu nebo materiálu obdobných vlastností s minimální gramáží 59g/m2, vhodná jako vnější nebo vnitřní obal, jako sterilní podklad nebo i jako vnitřní výstelka kontejnerů - splnění parametru označeno v nabídce“
- „Obaly jsou vhodné pro parní sterilizaci, sterilizaci ethylenoxidem, formaldehydem i plazmou“

NOVĚ

- „netkaná textilie s minimální gramáží 59g/m2, vhodná jako vnější nebo vnitřní obal, jako sterilní podklad nebo i jako vnitřní výstelka kontejnerů - splnění parametru označeno v nabídce“
- „obaly jsou vhodné pro parní sterilizaci a sterilizaci ethylenoxidem.“

Současně Zadavatel upravuje položky v technické specifikaci ve veřejné zakázce Dodávky materiálů pro sterilizaci - část 4: Netkaná textilie s nižší gramáží:

- „Netkaná textilie vyrobená minimálně ze tří vrstev polypropylenů nebo materiálu obdobných vlastností s minimální gramáží 59g/m², vhodná jako vnější nebo vnitřní obal, jako sterilní podklad nebo i jako vnitřní výstelka kontejnerů - splnění parametru označeno v nabídce“
- „Obaly jsou vhodné pro parní sterilizaci, sterilizaci ethylenoxidem, formaldehydem i plazmou“

NOVĚ

- „netkaná textilie s minimální gramáží 59g/m², vhodná jako vnější nebo vnitřní obal, jako sterilní podklad nebo i jako vnitřní výstelka kontejnerů - splnění parametru označeno v nabídce“
- „obaly jsou vhodné pro parní sterilizaci a sterilizaci ethylenoxidem.“

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému prodlouží lhůtu pro podání nabídek ve veřejné zakázce Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál - část 4: Netkaná textilie s nižší gramáží a ve veřejné zakázce Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál - část 5: Netkaná textilie s vyšší gramáží o celou lhůtu. Nová lhůta pro podání nabídek bude zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **24-03-2020**

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627


Ing. Petr Fiala
generální ředitel