



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s. 2“

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: RTG skiaskopie digitální, strana 9

Předmět plnění zakázky:

Receptor obrazu: „bucky clona s počtem lamel/cm min. 60“.

Dotaz zní: Námi nabízený systém je vyladěn pracovat s bucky clonou, která obsahuje clonu s počtem lamel/cm 40 s poměrem 10:1. Bude zadavatel akceptovat takovéto řešení?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na technických parametrech uvedených v zadávací dokumentaci.

V Ústí nad Labem dne: - 3 -12- 2014

Ing. Petr Fiala
generální ředitel