



Název veřejné zakázky: **Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2058/2019**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Věc: Dotaz k „Technické kvalifikaci“ Část 2 a Část 7 veřejné zakázky „Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál“.

Vážený,

dovoľte nám dotaz k Části 2 a Části 7 veřejné zakázky „Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál“ zveřejněné na elektronickém profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu>.

### Dotaz č. 1 k části č. 2

Pro prokázání splnění „Technické kvalifikace“ pro Část 2 předkládá účastník seznam minimálně 2 významných dodávek se stejným předmětem plnění, realizovaných v posledních 3 letech. Pro Část 2 zadavatel požaduje minimální rozsah plnění v objemu 218 000 Kč. Papírové sterilizační sáčky, které jsou obsahem Části 2, se na odděleních centrálních sterilizací používají pouze v minimálním rozsahu. V některých zdravotnických zařízeních bylo od jejich používání zcela upuštěno. V návaznosti na tuto skutečnost žádáme zadavatele o přehodnocení minimálního rozsahu plnění na objem 80 000 Kč.

### Odpověď č. 1 k části č. 2

Zadavatel akceptuje požadavek účastníka. Ve veřejné zakázce **Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál - část 2: Papírové sáčky skládané**, upravuje požadavek:

**Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ**

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu minimálně 2 významných dodávek se stejným předmětem plnění, realizovaných v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel může pro prokázání technické kvalifikace použít jako vzor Přílohu č. 5 Seznam významných dodávek této zadávací dokumentace.

část	název částí	Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění za každou jednotlivou dodávku
2	Papírové sáčky skládané	218 000



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 111 111  
Fax: +420 477 114 900  
e-mail: sekretariat@kzcr.eu

 **Krajská zdravotní, a.s.**

### Nově:

#### Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Účastník prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu minimálně 2 významných dodávek se stejným předmětem plnění, realizovaných v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel může pro prokázání technické kvalifikace použít jako vzor Přílohu č. 5 Seznam významných dodávek této zadávací dokumentace.

část	název části	Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění za každou jednotlivou dodávku
2	Papírové sáčky skládané	80 000

### Dotaz č. 2 k části č. 7

V „Technické specifikaci“ Části 7 je ze strany zadavatele **zcela správně** uveden požadavek na označení správného směru otevírání tzv. Peel efekt. Tento piktogram patří k jednomu ze základních označení, která musí být na každém obalu uvedena, bez ohledu na to, pro jaký druh sterilizace je takový obal určen. V případě, že obaly, a to nejen pro plazmovou sterilizaci, nejsou tímto piktogramem vybaveny, jedná se o obaly, které nesplňují požadavky příslušných vyhlášek a norem pro používání v České republice. V souvislosti s výše uvedeným je nutno ponechat původní text v „Technické specifikaci“ Části 7 a to „je označen správný směr otevírání - Peel efekt“.


### Odpověď č. 2 k části č. 7

Zadavatel upraví technickou specifikaci pro veřejnou zakázku Dodávky Materiálů pro sterilizaci - Obalový materiál - část 7: Obalové materiály pro plazmovou sterilizaci a rozšíří požadavky o položku: „**je označen správný směr otevírání - Peel efekt**“

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému prodlouží lhůtu pro podání nabídek ve veřejné zakázce Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál - část 2: Papírové sáčky skládané a ve veřejné zakázce Dodávky Materiálů pro sterilizaci - Obalový materiál - část 7: Obalové materiály pro plazmovou sterilizaci o celou lhůtu. Nová lhůta pro podání nabídek bude zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 30-03-2020

02  Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627



Ing. Petr Fiala  
generální ředitel