



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z. – Kardiotokografy - část 1: CTG pro dvojčata s vysokou citlivostí sond**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2005/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1

Dobrý den,
jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z. – Kardiotokografy“, uveřejněnou portálu <https://zakazky.kzcr.eu> ze dne 29.01.2020 vedenou pod evidenčním číslem ve VVZ: Z2020-004034, si Vám dovoluujeme zaslat následující dotazy k zadávacím podmínkám:

1. Dotaz

V příloze Příloha č. 2 a) Technická specifikace pro část 1 (CTG pro dvojčata), zadavatel stanovil bod:

- ***Musí plně spolupracovat s centrálním monitorem výrobce Philips.***

Zadavatel ve svém vysvětlení ze dne 12.3.2020 uvádí, že se jedná o informační systém Philips IntelliSpace Perinatal K.00.1x využívající ke komunikaci standardní ethernetové protokoly.

Uchazeč by rád požádal zadavatele, aby zadavatel přesně specifikoval v bodech, co si zadavatel představuje pod tímto parametrem a jak má plná spolupráce se systémem probíhat. Tedy jaké parametry a data mají být přenášeny z kardiotokografů na centrální monitorovací systém a naopak, či další požadavky?

Uchazeč bez těchto informací není schopen sestavit nabídku a požadavek zadavatele takto obecně zapsaný shledává matoucí a nejednoznačný a není možné si jej přesně a jasně vyložit.


Uchazeč by také rád požádal o informaci, zda je využíváno převodníků sériového rozhraní na ethernetové protokoly a standardní ethernetové rozhraní RJ45, mezi kardiotokografy a centrálním monitorovacím systémem? Nebo zda je výstupem z kardiotokografu přímo rozhraní RJ45 s TCP/IP protokolem komunikace?

Odpověď č. 1

Jak plyne ze zadávací dokumentace, záměrem zadavatele je pořízení kardiokografu, který bude spolupracovat se stávajícím centrálním monitorem zadavatele, kdy bude zajištěno předávání dat v rozsahu tak, aby to odpovídalo požadavkům zadávací dokumentace veřejné zakázky. Toto si však účastník musí zajistit prostřednictvím výrobců daných technologií, nikoliv u zadavatele, který není schopen zcela přesně znát a také interpretovat detailní specifiky technologického vybavení konkrétního výrobce, neboť zadavatel nemůže znát ani rozumět výrobní technické dokumentaci.

V Ústí nad Labem dne: 07-04-2020

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ25488627**Ing. Petr Fiala**
generální ředitel