

Název veřejné zakázky: **Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. - část 2: Ostatní síta a sterilizační kontejnery**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2076/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Dobrý den,
prosíme Vás o upřesnění délky nástrojů. Nástroje jsou součástí laparoskopického síta č. 2. V technické specifikaci uvádíte vždy za názvem nástroje délku. Jedná se o délku celého nástroje nebo jen délku jeho pracovní části? Např. Atraumatické kleště průměr 5 mm, d. 420 mm.
V příloze Vám zasíláme obrázek s vyznačenou pracovní délkou.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci (pokud není uvedeno jinak) uvádí celkovou délku nástroje.

V Ústí nad Labem dne: 09-04-2020

02

kz

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel