

Název veřejné zakázky: **Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. - část 2: Ostatní síta a sterilizační kontejnery**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2076/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 3

Zadavatel v příloze č. 3 Technická dokumentace, strana 6 „Část 2 Ostatní síta a sterilizační kontejnery“, položka - kabel k monopolárnímu pálení, d. 3m požaduje dodání kabelu k monopolární koagulaci délky 3 m., ale nespecifikuje typ elektrochirurgického generátoru ani typ zásuvek na koagulaci a k jakým nástrojům bude kabely používat.

Ptáme se tedy, jaký typ elektrochirurgického generátoru má zadavatel na mysli? Dále se ptáme jaký typ zásuvek (počet pinů, rozteč pinů či jiný tvar) má generátor, ve kterém bude kabel použit a k jakým nástrojům bude požadovaný kabel použit?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel požaduje kabel k monopolárnímu pálení v minimální délce 3 m, který bude kompatibilní k elektrochirurgické jednotce ERBE VIO 300 D od firmy Erbe a nástroje, které se budou používat, jsou nástroje, které zadavatel požaduje v Technické specifikaci, v části laparoskopické instrumentarium č. 2.

V Ústí nad Labem dne: 09-04-2020

02  **Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel