

Název veřejné zakázky: **Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. - část 3: Laparoskopické instrumentárium**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2077/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 3 Technická dokumentace, strana 6 „Část 3 Laparoskopické instrumentárium, položka 1 a 2 požaduje dodání kovových trokarových pouzder s automatickým magnetickým ventilem průměru 13 mm, délky 110 mm a trokarových bodců, průměr 13 mm a délky 110 mm, konický ostrý.

Ptáme se, zdali bude zadavatel akceptovat dodání trokarových pouzder průměru 12,5 mm a délky 100 mm s ventilem a trokarové bodce s průměrem 12,5 mm a délky 100 mm, typ konický ostrý? Námi nabízené trokarová pouzdra a trokarové bodce rovněž splňují shodný medicínský účel.

Odpověď č. 1

Zadavatel bude akceptovat dodání trokarového pouzdra o průměru 12,5 mm a délce 100 mm s magnetickým ventilem, jak je psáno v obecných požadavcích (viz tolerance délky a průměru trokarů).

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 3 Technická dokumentace, strana 6 „Část 3 Laparoskopické instrumentárium, požaduje dodání tří typů kovových trokarových pouzder s automatickým magnetickým ventilem různých průměrů, ale neuvádí typ (hladký nebo se šroubovicí) ani typ zakončení trokarového pouzdra (rovný nebo zkosený). Existuje několik typů zakončení.

Ptáme se tedy, jaký typ zakončení trokarového pouzdra zadavatel vlastně požaduje. Tentýž dotaz platí i pro ostatní poptávaná trokarové pouzdra a bodce, kde není definováno typové zakončení trokarového pouzdra a trokarového bodce.

Odpověď č. 2

Zadavatel požaduje trokarové pouzdro o průměru 13 mm, délce 110 mm, hladké. Dále zadavatel požaduje trokarové pouzdro o průměru 10 mm, délce 110 mm, se šroubovicí (zadavatel připouští možnost hladkého pouzdra s nasazovací šroubovicí na trokarové pouzdro). A dále zadavatel požaduje trokarové pouzdro o průměru 5,5 mm, délce 110 mm, hladké. Všechna zakončení trokarových pouzder (průměr 13 mm, 10 mm, 5,5 mm) zadavatel požaduje zkosené. Typ zakončení trokarového bodce je u všech trokarových bodců definován (viz technická specifikace).

Dotaz č. 3

Zadavatel v příloze č. 3 Technická dokumentace, strana 6 „Část 3 Laparoskopické instrumentarium, položka 3 a 4 požaduje dodání kovových trokarových pouzder s automatickým magnetickým ventilem průměru 10 mm, délky 110 mm a trokarových bodců, průměr 10 mm a délky 110 mm, trojhranný ostrý.

Ptáme se proto, zdali bude zadavatel akceptovat dodání trokarových pouzder průměru 10mm a délky 100 mm s ventilem a trokarové bodce s průměrem 10 mm a délky 100 mm, typ trojhranný ostrý? Námi nabízené trokarová pouzdra a trokarové bodce rovněž splňují shodný medicínský účel.

Odpověď č. 3

Zadavatel bude akceptovat dodání trokarového pouzdra o průměru 10 mm a délce 100 mm s magnetickým ventilem, jak je psáno v obecných požadavcích (viz tolerance délky a průměru trokarů).

Dotaz č. 4

Zadavatel v příloze č. 3 Technická dokumentace, strana 6 „Část 3 Laparoskopické instrumentarium, položka 5 a 6 požaduje dodání kovových trokarových pouzder s automatickým magnetickým ventilem průměru 5,5 mm, délky 110 mm a trokarových bodců, průměr 5,5 mm a délky 110 mm, trojhranný ostrý.

Ptáme se, zdali bude zadavatel akceptovat dodání trokarových pouzder průměru 5,5 mm a délky 100 mm s ventilem a trokarové bodce s průměrem 5,5 mm a délky 100 mm, typ trojhranný ostrý? Námi nabízené trokarová pouzdra a trokarové bodce rovněž splňují shodný medicínský účel.

Odpověď č. 4

Zadavatel bude akceptovat dodání trokarového pouzdra o průměru 5,5 mm a délce 100 mm s magnetickým ventilem, jak je psáno v obecných požadavcích (viz tolerance délky a průměru trokarů).

**Dotaz č. 5**

Zadavatel v příloze č. 3 Technická dokumentace, strana 6 „Část 3 Laparoskopické instrumentárium, položky 8 a 9 požaduje dodání redukci 13 mm/10mm a dvojité redukce (redukční klapy) 13mm/10mm + 5,5mm.

Popsané řešení odpovídá konkrétnímu řešení společnosti BioVendor. Považujeme tedy tento parametr za diskriminační. Ptáme se, zdali bude zadavatel akceptovat dodání redukce 12,5mm/5,5 a místo dvojité redukce dodání 1ks redukce 12,5mm/5,5 a 1 ks redukce 12,5mm/10mm . Námi nabízené řešení dodání dvou redukcí místo jedné je přiměřenou alternativou k výše požadovanému řešení?

Odpověď č. 5

Zadavatel bude místo 1 ks dvojité redukce 13 mm/10+5,5 mm (popř. 12,5 mm/10+5,5 mm dle nabídnutého trokarového pouzdra a trokarového bodce) akceptovat 1 ks redukce 13 mm/10 mm plus 1 ks redukce 13 mm/5,5 mm (popř. 1 ks redukce 12,5 mm/10 mm a 1 ks redukce 12,5 mm/5,5 mm dle nabídnutého trokarového pouzdra a trokarového bodce).

Dotaz č. 6

Zadavatel v příloze č. 3 Technická dokumentace, strana 6 „Část 3 Laparoskopické instrumentárium, položka 10 požaduje dodání klapkové redukce 10 mm/5,5mm.

Ptáme se, zdali má zadavatel na mysli dodání redukce na trokar 10,mm/5,5mm (obdobně jako položka č.7), případně žádáme o vysvětlení co přesně tímto pojmem (klapková redukce) zadavatel myslí.

Odpověď č. 6

Klapková redukce 10 mm/5,5 mm je redukce na trokarové pouzdro s klapkou, která se nasazuje na trokarové pouzdro průměru 10 mm a redukuje jeho průměr na 5,5 mm. Položky “Extrakční kanál (redukce) 10 mm/5,5 mm“ a “Extrakční kanál (redukce) 13 mm/5,5 mm“ jsou extrakční kanály o daném průměru (v tomto případě 10 mm a 13 mm), které se umísťují do trokarového pouzdra a na svém konci mají redukci na průměr 5,5 mm. Někdy jsou tyto extrakční kanály s redukcí také nazývány dlouhá redukce.

V Ústí nad Labem dne: 09-04-2020

02

**Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel