



Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Jednorázové operační rouškování pro Krajskou zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1

V části 6.1 zadávací dokumentace je požadováno předložení dokumentů k CE značce a části 7.3 zadávací dokumentace je požadováno předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. Je těmito dokumenty myšleno prohlášení o shodě, které vydáváme my, jako výrobci a certifikát od notifikované osoby?

Odpověď

Ano, zadavatel požaduje prohlášení o shodě vydávané výrobcem a certifikát notifikované osoby. Certifikát notifikované osoby je požadován pouze v případě, je-li podle platných a účinných předpisů nutná účast notifikované osoby na procesu posouzení shody.

Dotaz č. 2

V části 1 – univerzální sety nejsou uvedeny boční roušky v obvyklých rozměrech 75 x 90 cm. Tyto roušky nejsou skutečně požadovány?

Odpověď

Univerzální set a univerzální set zesílený požaduje zadavatel včetně bočních roušek. V každém setu 2 ks o minimálním rozměru 75 x 90 cm.

Dotaz č. 3

V části 2 – jednorázové operační roušky je jako 14. položka poptáván návlek na nohy – min. rozměr 70 y 120 cm. Tento návlek má být dodáván po kusech nebo po párech?

Odpověď

Zadavatel připouští dodávky v páru.

**Dotaz č. 4**

V části 2 – jednorázové operační roušky je 15. a 16. položka uvedena stejně. Jaký má být mezi nimi rozdíl?

Odpověď

V případě položky č. 16 zadavatel požaduje:

Návlek na instrumentační stůl se zesíleným savým středovým pruhem, rozměr 78x142 (tolerance ± 5%).

Dotaz č. 5

Části 4 – operační pláště - velikosti jsou definovány tímto způsobem – 120 až 130 cm, 131 až 150 cm a 151 až 175 cm, což jsou vlastně velikosti S, M a L, u kterých my uvádíme délky 120, 130 a 150 cm a ze zkušenosti z mnoha renomovaných pracovišť bezpečně víme, že tyto velikosti plně vyhovují. Můžeme takto nabídnout?

Odpověď

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci, že uchazeč může podat nabídku u jednotlivých částí veřejné zakázky pouze v celém rozsahu dle zadávacích podmínek, tj. částečné plnění u jednotlivých částí veřejné zakázky není přípustné. Jednotlivé rozpětí délek plášťů uvedených ve specifikaci předmětu veřejné zakázky je uvedeno pro potřeby stanovení nabídkové ceny.

V souvislosti s upřesněním specifikace předmětu plnění, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro:

Část 1: Jednorázové operační univerzální sety

Část 2: Jednorázové operační roušky

- 9 -02- 2015

do v 10:00 hod.

- 9 -02- 2015

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: 15 -12- 2014



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel