



Název veřejné zakázky: **SPECT kardio - gamakamera, Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **dodávky**

Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **otevřené**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2101/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje instalaci do stávajících prostor SPECT kardio kamery.

Dotaz:

- Poskytne zadavatel výkres půdorysu vyšetřovny a ovladovny prostor kardio SPECT systému se zakreslením polohy stávajících podlahových kanálů?
- Poskytne zadavatel informace o umístění hlavního elektrického přívodu pro napojení kardio SPECT systému ve vyšetřovně nebo ovladovně, počet vodičů instalovaného kabelu, průřez jednotlivých vodičů, parametry a typ stávajícího jištění?

Odpověď:

Zadavatel v příloze „KZ_ONM_elektro.pdf“ uvádí požadované informace k půdorysu vyšetřovny a ovladovny a informace k elektrickému přívodu a dalším požadovaným informacím v dotazu. Zadavatel uvádí, že podle dostupných informací nejsou v prostoru vyšetřovny a ovladovny podlahové kanály.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje klimatizaci pro chlazení prostor nově instalované technologie.

V prostoru instalace technologie je umístěna chladicí technika, tato je formou split jednotek, které mají stáří cca. 3 roky.

Dotaz:

- Je možné využít stávající split systém pro chlazení nové technologie kardio SPECT systému, pokud tyto mají dostatečný chladicí výkon?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v Příloze č. 3 – Technická specifikace v položce 70 – „Klimatizace pro místnost ovladovny a vyšetřovny, včetně instalace a s tím souvisejících přípravných a dokončovacích prací“.

Dotaz č. 3:



Zadavatel požaduje stůl pro umístění akviziční stanice nové technologie v ovladovně.
V prostoru ovladovny, obdobně jak je tomu v případě chlazení, jsou instalovány zánovní zařizovací předměty, ne starší jak cca. 3 roky.

Dotaz

- Je možné využít stávajících zařizovací předměty pro instalaci nové technologie kardio SPECT systému?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v Příloze č. 3 – Technická specifikace v položce 65 – „Systémový stůl do ovladovny pro umístění akviziční stanice“.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje obměnu podlahové krytiny v prostoru nové instalace kardio SPECT systému.
Také tato podlahová krytina je v perfektním stavu a z naší strany opět vyvstává následující otázka.

Dotaz:

- Je možné využít stávající podlahovou krytinu, nebo ponechat její část v případě, že nebude nutné povrch krytiny z instalačních důvodů narušit?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v Příloze č. 3 – Technická specifikace v položce 71- „Položení nové antistatické podlahy v prostoru vyšetřovny a ovladovny systému SPECT“.

V Ústí nad Labem dne: 28-04-2020

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel