

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Skioskopické přístroje s C ramenem a mobilní RTG přístroje**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2102/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem:

„Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -Skioskopické přístroje s C ramenem a mobilní RTG přístroje“ – část 2 – Mobilní RTG přístroje

Dotaz č. 1:

Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace pro část č.2 – Mobilní RTG, str. 2
Nejasnost se týká požadavku: Ploché detektory – velikost detektorového pole

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje 2 detektory pro každý rtg. přístroj a to buď čtvercové nebo obdélníkové.

- a) Požaduje Zadavatel ke každému rtg. přístroji vždy jeden čtvercový detektor o velikosti aktivní plochy nejméně 41x41 cm a jeden obdélníkový detektor o velikosti aktivní plochy nejméně 43x35 cm nebo může dodavatel nabídnout libovolnou kombinaci těchto detektorů?
- b) Vztahuje se na velikost detektorového pole tolerance +/- 10% ? Bude Zadavatel akceptovat nabídku na detektor, jehož detektorová (aktivní) plocha má velikost 42,5 x 34,5 cm?

Odpověď č. 1a

Zadavatel požaduje ke každému přístroji jeden čtvercový a jeden obdélníkový detektor o daných parametrech.

Odpověď č. 1b

Zadavatel bude akceptovat nabízenou velikost detektoru, jehož velikost aktivní plochy detektoru bude minimálně 42,5 x 34,5.



Dotaz č. 2:

Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace pro část č.2 – Mobilní RTG, str. 2

Nejasnost se týká požadavku: Dálkové ovládání expozice – minimální rozsah

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje „Dálkové ovládání expozice pro optimální ochranu obsluhujícího personálu před zářením o rozsahu minimálně 5 m“.


- a) Požaduje Zadavatel bezdrátové ovládání expozice nebo bude akceptovat nabídku na rtg. přístroj s expozičním tlačítkem na kabelu s délkou min. 5 metrů?

Odpověď č. 2

Zadavatel blíže nespecifikuje požadavek na dálkové ovládání, tudíž bude akceptovat jak bezdrátové ovládání s dosahem 5m tak i ovládání expozičním tlačítkem na kabelu s délkou minimálně 5m.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiaskopické přístroje s C ramenem a mobilní RTG přístroje - část 2: Mobilní RTG přístroje o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 05 -05- 2020


Ing. Petr Fiala
generální ředitel


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627