

Název veřejné zakázky: **Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. - část 2: Ostatní síta a sterilizační kontejnery**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2076/2020**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

### Dotaz č. 1

Zadavatel v „Příloze č. 3\_Technická specifikace pro část 2\_aktualizace 16\_4“ u specifikace laparoskopického síta nově téměř u všech nástrojů uvádí „bipolární“. Ze znalosti trhu a technologie se domníváme, že se pravděpodobně jedná o administrativní chybu, jelikož je zároveň poptáván monopolární kabel a některé nástroje se ani jako bipolární nevyrábí (např. jehlec, bipolární laparoskopické nůžky 10/420mm) nebo jsou velmi neobvyklé (např. bipolární laparoskopické nůžky 5/420mm).

Prosíme tedy zadavatele o vysvětlení a upřesnění technické specifikace laparoskopického síta.

### Odpověď č. 1

Ze strany zadavatele se jedná o administrativní chybu. Zadavatel požaduje veškeré dotazované nástroje u laparoskopického síta jako monopolární.

V Ústí nad Labem dne:

06 -05- 2020

06  Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

.....  
**Ing. Petr Fiala**  
generální ředitel