

Název veřejné zakázky: **Echokardiografický přístroj nejvyšší třídy pro
Kardiochirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. -
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2091/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V příloze č. 3 zadávací dokumentace (Technická specifikace) je v oddílu "Sondy" uveden požadavek na dodání "1 ks sektorové sondy typu matrix s minimálním frekvenčním rozsahem 1-5 MHz pro kardiovaskulární vyšetření, zobrazovací úhel minimálně 90°."

Je pojmem "typu matrix" myšleno dodání sondy s uspořádáním elementů v matici tak, aby sonda umožňovala kromě 2D zobrazení rovněž 3D a 4D zobrazení?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, Zadavatel tímto pojmem měl na mysli sondu s uspořádáním elementů v matici tak, aby umožňovala kromě 2D zobrazení i 3D a 4D zobrazení.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 3 zadávací dokumentace (Technická specifikace) je v oddílu "Další požadavky" uveden požadavek na dodání pracovní stanice a specifikovaného SW vybavení.

Na pracovišti zadavatele je již instalovaná pracovní stanice Q-Station splňující všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, která slouží pro ukládání a práci s patientskými daty z echokardiografických přístrojů, které jsou používány na pracovišti. Někteří dodavatelé mohou nabídnout dodání přístroje, který lze připojit do vaší stávající pracovní stanice Q-Station a patientská data zaslaná z tohoto přístroje budou plně kvantifikovatelná v pracovní stanici Q-Station. Tento scénář je z pohledu zjednodušení workflow s patientskými daty jednoznačně pro pracoviště nejvýhodnější.



Bude zadavatel trvat na dodání pracovní stanice i v případě, kdy nabízený přístroj umožňuje ukládání dat do pracovní stanice Q-Station, která je majetkem zadavatele a práce s takto uloženými daty bude zcela v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci v popisu požadovaných technických parametrů předmětu plnění veřejné zakázky v části Další požadavky?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel na dodání pracovní stanice trvat nebude za předpokladu, že budou data z požadovaného přístroje plně zobrazitelná a kvantifikovatelná na stávající pracovní stanici a bude s nimi moci být pracováno minimálně v rozsahu:

- dodatečných úprav a měření, možnost kvantitativní analýzy obrazu 2D, 3D a 4D obrazu
- postprocessing získaných nativních dat ze 2D, 3D a 4D (minimálně změna dynamiky, zoomu, redukce speklí, map šedi, cropping, tomografické zobrazení), volumetrická analýza 4D zobrazení
- analýzy speckle tracking (2D strain)
- dopplerovské analýzy
- měření ve 2D, 3D a 4D
- zobrazení synchronizace tkáně

V Ústí nad Labem dne: 11-05-2020

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel