



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Elektroterapeutický přístroj**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2121/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Otázka č. 1: V požadovaném příslušenství je uvedeno, že zadavatel požaduje 2ks ultrazvukové hlavice 5 cm² nebo bezdrátový aplikátor. Neměl zadavatel na mysli místo termínu „bezdrátový aplikátor“ spíše termín „bezobslužný aplikátor“ neboli „Handsfree sono aplikátor“ s rotujícím polem pro dynamickou aplikaci?

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel termínem bezdrátový aplikátor měl na mysli bezobslužný aplikátor. Zadavatel požaduje dodat 2 kusy ultrazvukové hlavice 5 cm² nebo bezobslužného aplikátoru.

Dotaz č. 2

Otázka č. 2. V seznamu Minimálních technických požadavků je uvedeno „Současné připojení dvou ultrazvukových hlavic nebo handsfree sono aplikátorů“. Stejně tak, jako nedává smysl současné připojení 2 stejných hlavic, nedává smysl ani současné připojení 2 handsfree aplikátorů do jednoho přístroje, který má pro Ultrazvukovou terapii pouze jeden kanál, byť se 2 vstupy. Smysl dává pouze připojení dvou různých aplikátorů. Např. připojení hlavice 5 cm² a Handsfree sono aplikátoru. Domníváme se, že se jedná pouze o drobnou nepřesnost ve formulaci. Může svůj požadavek na příslušenství zadavatel upřesnit?

Odpověď č. 2

Zadavatel tímto požadavkem požadoval možnost současného připojení dvou aplikátorů, resp. hlavice 5 cm² nebo bezobslužného aplikátoru na jeden kanál a aplikátoru pro elektroléčbu na druhý kanál

Dotaz č. 3

Otázka č. 3 Pokud by zadavatel nevyžadoval v rámci tohoto VŘ handsfree sono aplikátor, požaduje, aby byl v budoucnu do přístroje přikoupitelný?



Odpověď č. 3

Pokud bezobslužný aplikátor nebude součástí nabídky, požaduje zadavatel možnost pozdějšího dokoupení bezobslužného aplikátoru.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 11 -05- 2020

06

kz

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel