



Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Jednorázové operační rouškování pro Krajskou zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1

V částech 6.2, 6.3 a 6.4 zadavatel požaduje výrobky bez latexu, což má být prokázáno čestným prohlášením uchazeče o této skutečnosti. Zároveň ale zadavatel požaduje označení LATEX FREE na obalu setu. Naše obaly splňují všechny parametry dle ISO 15223-1:2012, o označení výrobků LATEX FREE se zde nehovoří. Skutečně zadavatel trvá i na označení na obalu nebo bude stačit čestné prohlášení uchazeče?

Odpověď

Vzhledem k požadavku zadavatele na výrobky bez latexu a požadavku, že součástí nabídky bude dokumentace, ze které bude zřejmé, že výrobky splňují tuto podmínku nebo čestné prohlášení uchazeče o této skutečnosti, zadavatel ruší požadavek na označení „latex free“ na obalu setu a roušky.

V souvislosti s upřesněním specifikace předmětu plnění, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro:

Část 1: Jednorázové operační univerzální sety

Část 2: Jednorázové operační roušky

Část 3: Jednorázové operační zakázkové sety

do **11-02-2015** v 10:00 hod.

11-02-2015

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel