



## Poskytnutí dodatečných informací č. 5

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

### „Jednorázové operační rouškování pro Krajskou zdravotní, a. s.“

#### Dotaz č. 1

Požadavek nemocnice:

Zadavatel požaduje obalový materiál s "peel efektem" pro snadné a bezpečné otevření.

Rádi bychom vám nabídli náš způsob otevírání setů a to Ventbag. Tento způsob je výhodnější oproti původnímu peel efektu. Je totiž možné použít pevnější obalové materiály, které lépe ochrání složitější sety obsahující ostřejší komponenty jako například čepelky, odsávačky a různé misky. Přesně jak požadujete ve specifikaci. Není třeba žádného stříhání, stačí pouze lehce oddělit v místě, které je označeno a uzpůsobeno k otevření. Způsob otevření vám rád předvede náš odborný specialista. Tento způsob otevření je plně v souladu s platnou legislativou a splňuje předepsané normy. Navíc je úspěšně používán v nemocnicích v Evropě i v České republice a je plně podporován společností instrumentárek.

Umožní zadavatel nabídnout i tento, obdobný způsob otevření?

#### Odpověď

Zadavatel umožňuje nabídnout i výše uvedený způsob otevření obalového materiálu.

V souvislosti s upřesněním specifikace předmětu plnění, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro:

Část 1: Jednorázové operační univerzální sety

Část 2: Jednorázové operační roušky

Část 3: Jednorázové operační zakázkové sety

Část 4: Jednorázové operační pláště


11 -02- 2015

do ..... v 10:00 hod.

11 -02- 2015

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ..... v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne:



.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel