



## Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

### „Jednorázové operační rouškování pro Krajskou zdravotní, a. s.“

#### Dotaz č. 1

Část 1 – jednorázové operační univerzální sety

Set Univerzální – jedná se o set 2-vrstvý, 3-vrstvý?

Odpověď

Zadavatel uvedl minimální požadavky na provedení v bodě 6.2. zadávací dokumentace.

#### Dotaz č. 2

Část 1 – jednorázové operační univerzální sety

Set univerzální zesílený – jedná se o set 2-vrstvý se zesílením kolem operačního pole nebo set 3-vrstvý po celé své délce se zesílením kolem operačního pole?

Odpověď

Zadavatel uvedl minimální požadavky na provedení v bodě 6.2. zadávací dokumentace.

#### Dotaz č. 3

Část 1 – jednorázové operační univerzální sety

Připouští zadavatel nějakou toleranci v rozměrech roušek? V ZD je pouze uvedena tolerance 5% u návleku na instrumentační stůl a roušky na pomocný stůl.

Odpověď

Zadavatel uvedl ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 3 zadávací dokumentace) toleranci v rozměrech nebo minimální rozměr.


#### Dotaz č. 4

Část 2 – Jednorázové operační roušky

Připouští zadavatel nějakou toleranci v rozměrech jednotlivých roušek?

Odpověď

Zadavatel uvedl ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 3 zadávací dokumentace) toleranci v rozměrech nebo minimální rozměr.



**Dotaz č. 5**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Set tracheostomický, položka č.9 – o jakou operační pásku se přesně jedná? Adhezní? Může být nahrazena suchým zipem? Bude akceptována odlišná velikost? Předpokládáme, že se jedná o pásku k uchycení nástrojů kde velikost nehraje roli.

**Odpověď**

Zadavatel požaduje adhezní pásku. Rozměr uvedený ve specifikaci předmětu plnění je minimální.

**Dotaz č. 6**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Set ORL, položka č.19 – o jakou operační pásku se přesně jedná? Adhezní? Může být nahrazena suchým zipem? Bude akceptována odlišná velikost? Předpokládáme, že se jedná o pásku k uchycení nástrojů kde velikost nehraje roli.

**Odpověď**

Zadavatel požaduje adhezní pásku. Rozměr uvedený ve specifikaci předmětu plnění je minimální.

**Dotaz č. 7**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Položka č.21 – Jedná se o U-roušku s adhezí?

**Odpověď**

Zadavatel požaduje U-roušku s adhezí.

**Dotaz č. 8**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Set nosní, položka č.26 – o jakou sadu návleků se přesně jedná? Prosíme o bližší specifikaci.

**Odpověď**

Zadavatel upřesňuje složení sady:

- návleky na mikroskop z PVC,
- 2 ks o rozměru 12x30 cm a
- 2 ks o rozměru 25x55 cm.

**Dotaz č. 9**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Položka č.27,28 – o jakou operační pásku se přesně jedná? Adhezní? Může být nahrazena suchým zipem? Bude akceptována odlišná velikost? Předpokládáme, že se jedná o pásku k uchycení nástrojů kde velikost nehraje roli.

**Odpověď**

Zadavatel požaduje adhezní pásku. Rozměr uvedený ve specifikaci předmětu plnění je minimální.


**Dotaz č. 10**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Set zákrokový malý, položka č.32 – rouška s otvorem 75x90 je bez adheze?

**Odpověď**

Zadavatel požaduje roušku bez adheze.





**Dotaz č. 11**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Set ambulantní, položka č.44 – rouška s excentrickým otvorem je bez adheze?

Odpověď

Zadavatel požaduje roušku s adhezí.

**Dotaz č. 12**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Set zákrokový ambulantní, položka č.48 – u této položky jsou uvedeny dva rozdílné rozměry. Který je správný? 50x60 nebo 60x80 ?

Odpověď

Zadavatel požaduje jednu roušku o rozměru 50x60 cm a jednu roušku o rozměru 60x80 cm.

**Dotaz č. 13**

Část 3 – Jednorázové operační zakázkové sety

Položka č.49 – co znamená typ podložky absorpční 1150 60x60 ? prosíme o bližší specifikaci.

Odpověď

Zadavatel požaduje absorpční podložku o rozměru 60x60 cm.


V souvislosti s upřesněním specifikace předmětu plnění, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro:

Část 3: Jednorázové operační zakázkové sety

do ..... **11 -02- 2015** ..... v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ..... **11 -02- 2015** ..... v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne:

  
.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel