



## Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

### „Jednorázové operační rouškování pro Krajskou zdravotní, a. s.“

#### Dotaz č. 1

Část 1: jaká je minimální požadovaná velikost vysoce savého zesíleného pole na rouškách?

#### Odpověď

Zadavatel nepreferuje konkrétní minimální velikost vysoce savého zesíleného pole na rouškách, ale požaduje splnění klinického účelu roušky.

#### Dotaz č. 2

Část 2: rouška oční - jaký má rozměr? Je požadována konkrétní velikost otvoru v roušce?

#### Odpověď

Zadavatel nepreferuje konkrétní rozměr roušky ani velikost otvoru, ale požaduje splnění klinického účelu roušky.

#### Dotaz č. 3

Část 2: z jakého materiálu má být návlek na nohy 70x120? Obvykle bývá z materiálu SMS, nebo požadujete dvouvrstvý návlek?

#### Odpověď


Zadavatel nepreferuje konkrétní typ materiálu, ale požaduje splnění klinického účelu roušky.

#### Dotaz č. 4

V dodatečných informacích ze dne 15.12.2014 je uvedeno, že zadavatel připouští dodávky v páru. cena v nabídce má být uvedena za jeden kus v páru, nebo se do cenové nabídky má počítat pár jako kus?

#### Odpověď

Zadavatel požaduje nabídkovou cenu za jeden kus. V případě dodávky v páru zadavatel požaduje uvedení nabídkové ceny v přepočtu na jeden kus.





**Dotaz č. 5**

V dodatečných informacích ze dne 15.12.2014 není podle nás přesná odpověď na dotaz č.5. je nutno nabídnout pláště ve vypsanych tolerancích, nebo lze do skupiny s velikostí 151-175cm nabídnout plášť 150cm?

**Odpověď**

Zadavatel požaduje uchazečem nabízený plášť 150 cm zařadit do příslušného rozpětí délek plášťů uvedených ve specifikaci předmětu veřejné zakázky (tzn. délka 131 – 150 cm) pro potřeby stanovení nabídkové ceny.

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

