



Název veřejné zakázky: **Dodávky materiálu pro sterilizaci – obalový materiál**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2058/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1 k části č. 7

Měl bych dotaz k části 7. - Obalové materiály pro plazmovou sterilizaci:

položka 7. - Sáčky ploché pro plazmovou sterilizaci, min. rozměr 100cm x 250cm.

V nabídce máme předmětné sáčky ve velikosti 100x280mm což činí rozdíl + 12%. Bude takový rozměr zadavatel akceptovat jako vyhovující?

Odpověď č. 1 k části č. 7

Zadavatel akceptuje požadavek účastníka. Dne 30. 03. 2020 zveřejnil zadavatel novou technickou specifikaci, kde je uveden požadavek: „tolerance rozměrů - rozměry uvedené v tabulce jsou minimální, maximální rozměr je + 12%“

Dotaz č. 2 k části č. 7

položka 9. - Sáčky ploché pro plazmovou sterilizaci, min. rozměr 200cm x 380cm.

V nabídce máme předmětné sáčky ve velikosti 200x420mm což činí rozdíl + 10,53%. Bude takový rozměr zadavatel akceptovat jako vyhovující?

Odpověď č. 2 k části č. 7

viz. odpověď na otázku č. 1

V Ústí nad Labem dne:

14 -05- 2020

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel