



Název veřejné zakázky: **Robotický systém pro Neurochirurgickou kliniku, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 1: Robotický systém pro spinální operace vč. pozáručního servisu**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 2131/2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

- 1) Zadavatel uvádí v příloze č. 3 ZD „Technická specifikace“ pro část 1 výčet požadavků pro Integrovaný navigační systém, přičemž zde, mimo jiné, zmiňuje požadavek na kompatibilitu s dostupnými předoperačními a intraoperačními zobrazovacími metodami.

Uchazeč může nabídnou plně kompatibilní Integrovaný navigační systém, nicméně uchazeči není z uvedené specifikace bezvýhradně jasné, jakou úroveň kompatibility má zadavatel na mysli, a sice, zda se jedná o automatickou registraci pacienta pomocí snímků z 2D fluoroskopie během operace, nebo pouze možnost stáhnutí snímků 2D fluoroskopie z PACSu.

Může zadavatel s ohledem na uvedené upřesnit požadavek na kompatibilitu s dostupnými předoperačními a intraoperačními zobrazovacími metodami?

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadovaný systém musí být kompatibilní se zobrazovacími metodami používanými na oper. sále a to:

- O-Arm (výrobce Medtronic) – kompatibilita zajištěna připojením napřímo včetně automatické registrace



- 2D fluoroskopie – pokud by se jednalo o snímek z přístroje O-arm platí bod výše, a pokud by se jednalo o snímek z C-ramene na oper. sálech jednalo by se o kompatibilitu přes úložiště obrázků PACS

Dotaz č. 2:

2) Zadavatel uvádí v příloze č. 3 ZD „Technická specifikace“ pro část 1 výčet požadavků pro radiofrekvenční bipolární generátor s plazmovou koagulací, přičemž zde, mimo jiné, specifikuje požadavek na dotykový displej s paměťovým nastavením energie a peristaltickou pumpu na fyziologický roztok.

Uchazeč může nabídnout generátor, který disponuje vyhrazenými tlačítky pro monopolární a bipolární režim včetně nastavení jejich výkonu, paměťová funkce je zajištěna funkcí tzv. vyvolání – kdy tato funkce vyvolá dříve použitá nastavení (režim a výkon). Uchazeč se domnívá, že jím nabízené řešení je obdobné zadavatelem požadovanému a splňuje požadavek zadavatele na rychlý přístup k posledním použitým režimům.

Může zadavatel na základě uvedeného informovat uchazeče, zda bude vedle Generátoru s dotykovým displejem s paměťovým nastavením energie a peristaltickou pumpou na fyziologický roztok akceptovat i nabídku na generátor s vyhrazenými tlačítky pro monopolární a bipolární režim včetně nastavení jejich výkonu, včetně paměťové funkce vyvolání posledních nastavení, při zachování požadovaného medicinského účelu?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat nabídku, kdy uchazeč nabídne radiofrekvenční bipolární generátor s plazmovou koagulací s tlačítky pro monopolární a bipolární režim včetně nastavení výkonu, včetně paměťové funkce vyvolání posledních nastavení a peristaltickou pumpu na fyziologický roztok.





Dotaz č. 3:

- 3) Zadavatel uvádí tamtéž požadavek na příslušenství pro radiofrekvenční bipolární koagulaci a resekci, kdy zadavatel sice specifikuje zamýšlený účel použití, ale zároveň zde uvádí i přesnou technickou specifikaci daného příslušenství.

Uchazeč se domnívá, že přesné vymezení podrobných technických parametrů příslušenství a jeho skladba může být neúměrně zužující pro případné uchazeče, přičemž se uchazeč dále domnívá, že definice účelu použití nástroje je plně dostačující pro definování toho, jaké příslušenství je zadavatelem požadováno.

Může zadavatel s ohledem na uvedené změnit požadavek na příslušenství pro radiofrekvenční bipolární koagulaci a resekci tak, aby byl jasně definován účel použití a nikoli úzce vymezující technické požadavky?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.

Dotaz č. 4:

- 4) Zadavatel v tomtéž požadavku na příslušenství pro radiofrekvenční bipolární koagulaci a resekci, neuvádí, zda má generátor umožňovat použití uvedeného příslušenství, nebo zda má být toto příslušenství součástí nabídky.

Může zadavatel s upřesnit, zda má být příslušenství pro radiofrekvenční bipolární koagulaci a součástí nabídky uchazeče, pokud ano, v jakých počtech?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, příslušenství je požadováno jako součást nabídky. Zadavatel bude požadovat startovací balíček příslušenství pro 10 operací skolióz.

Dotaz č. 5:

- 5) Při podrobném prostudování přílohy č.: 3 ZD „Technická specifikace“ pro část 1, a to zejména s ohledem na požadavky na technické vlastnosti a příslušenství radiofrekvenčního bipolárního generátoru s plazmovou koagulací (zminěné zejména v dotazech č.: 2 a 3 výše), které má být nedílnou součástí dodávky robotického



systému pro spinální operace se uchazeč domnívá, že uvedený generátor je na relevantním trhu schopen dodat pouze jeden výrobce. Zahrnutí tohoto přístroje jako nedílné součásti nabídky na značně komplexnější systémem může být omezující pro případné uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku.

Může zadavatel na základě uvedeného akceptovat obdobné technické řešení radiofrekvenčního bipolárního generátoru s plazmovou koagulací (zejména definované v dotazech 2 a 3 výše), nebo vyčlenit nabídku na radiofrekvenční bipolární generátor s plazmovou koagulací do samostatné části předmětné veřejné zakázky?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne:

20 -05- 2020

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

