

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Artroskopická sestava s 4K rozlišením**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2137/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje barevný LED/LCD monitor. Vzhledem k tomu, že požadavek neobsahuje všechny běžně používané zobrazovací technologie, bude zadavatel akceptovat také TFT technologii zobrazování monitoru?

Zadavatel požaduje antireflexní úpravu obrazovky. Bude zadavatel akceptovat monitor s medicínským atestem bez uvedení antireflexní úpravy? Monitor je schválen a používán pro účel požadovaný zadavatelem, tedy pro artroskopické účely a je standardní součástí artroskopické věže/sestavy.

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat i tento typ monitoru.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 03 -06-2020

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel