

Poskytnutí dodatečných informací č. III

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení
s názvem:

„Modernizace a obnova kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem“ Ev. č.: 226626

V Ústí nad Labem dne 14. prosince 2012

Dotaz č. 3 vč. poddotazů (přesné znění):

Po prostudování zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „**Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem**“ vedenou pod registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/05.06570, nám vznikli určité nejasnosti. Máme tyto doplňující dotazy k zadávací dokumentaci:

Předmět dotazu č. 1 - Doba plnění – ZD část 4, Návrh smlouvy, bod 4.1

V zadávací dokumentaci v části 4 - v závazném návrhu kupní smlouvy je uveden tento požadavek:

“Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného personálu nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy.”

Dotaz č.1

Je možné podmínit požadovaný termín splnění dodávky angiografické linky včasným provedením nezbytných úprav pracoviště, které jsou na straně zadavatele?

Jestliže není možné podmínit termín splnění dodávky angiografické linky dle výše uvedené otázky, v jakém termínu se zadavatel zavazuje předat dodavateli pracoviště připravené k instalaci dle podmínek dodavatele vyžadovaných v ZD, část 1, str. 17, odst. 9.5.3., bod o) ?

Předmět dotazu č. 2 -Technologický projekt – ZD část 4, Návrh smlouvy, bod 2.1

V zadávací dokumentaci v části 4 - v závazném návrhu kupní smlouvy je uveden tento požadavek:

“Cena zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou realizací předmětu smlouvy ...”

Dotaz č.2:

Musí celková nabídková cena zahrnovat také náklady na technologický projekt pro angiografickou linku?

Předmět dotazu č. 3 - Velkoplošný 56" monitor – ZD část 2, str. 5

V zadávací dokumentaci v části 2 specifikující tech. požadavky je jako požadavek pro Obrazovou část angiolinky uveden tento požadavek:

"... preferujeme velkoplošný barevný plochý monitor o úhlopříčce 56" (142cm) s rozlišením 8 Mpx instalovaný na podélně pojízdném, natáčecím, výškově stavitelném stropním závěsu ..."

Dotaz č.3:

Jestliže jako uchazeč nabídneme angiografickou linku, která bude vybavena soustavou plochých 19" LCD monitorů o celkovém rozlišení 8 MPix, instalovaných na společném podélně pojízdném, natáčecím, výškově stavitelném stropním závěsu, bude to zadavatel považovat za přípustné, medicínsko-technicky obdobné a srovnatelné řešení ve smyslu §46 ZVZ, nebo to bude považovat za nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu §76, odst. 1 ZVZ?

Předmět dotazu č. 4 - Monitor pro hemodynamiku – ZD část 2, str. 5

V zadávací dokumentaci v části 2 specifikující tech. požadavky je jako požadavek pro Zařízení pro monitorování fyziologických funkcí pacienta a invazivní hemodynamiky uveden tento požadavek:

"kontrolní barevný monitor s úhlopříčkou min. 19" ve vyšetřovně na stropním stativu"

Dotaz č. 4:

Je vyžadován tento monitor na stropním stativu ve vyšetřovně i v případě, že bude nabídnuta preferovaná varianta jednoho 56" monitoru ve vyšetřovně? Resp. bude akceptována možnost zobrazení na velkoplošném monitoru?

Dotaz č. 5 -Jistota – ZD část 1, str. 6

Musí uchazeč složit požadovanou jistotu ve výši 50 000,- Kč za každou část veřejné zakázky převyšující hodnotu 3 mil. Kč vč. DPH na kterou podává nabídku nebo je dostačující 1x jistota v požadované výši i v případě, že uchazeč podá nabídku na více částí veřejné zakázky, z nichž každá převyšuje hodnotu 3 mil Kč vč. DPH?

Předmět dotazu č. 6 - Podání elektronické nabídky – ZD část 1, str. 18, bod 11

V zadávací dokumentaci v části 1, je v kapitole 11 připuštěna možnost podat nabídku též v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje a v souladu s §149 ZVZ. V následujícím odstavci je však uveden tento požadavek:

"Nabídku jsou uchazeči povinni podat písemně a to v jedné uzavřené obálce ..."

Dotaz č. 6:

Lze či nelze podat nabídku pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje?

Dotaz č. 7:

V případě, že dojde v období ode dne podání nabídky do dne podpisu smlouvy a následné realizaci ke změně sazby DPH, bude mít tato změna vliv na celkovou cenu zakázky včetně DPH v nabídce? Pokud ano, znamená to, že riziko změny DPH je plně k tíži zadavatele?

Odpověď na dotaz č. 3:

1. Ano. Pokud budou stavební úpravy potřeba, budou provedeny tak aby instalace proběhla nejpozději do 4/2013
2. Ano
3. Požadujeme velkoplošný barevný monitor.
4. V případě velkoplošného monitoru není potřeba další monitor pro hemodynamiku.
5. Dostačující je 1x jistota v požadované výši i v případě, že uchazeč podá nabídku na více částí veřejné zakázky, z nichž každá převyšuje hodnotu 3 mil Kč vč. DPH
6. Ano, nabídku lze podat jak v elektronické podobě tak v listinné, tak jak zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci.
7. Ne

S pozdravem

zákaznické centrum: Vaničkova 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 276 25 745

Michaela Andrýsková
manager veřejných zakázek
Zákaznické centrum
VAHARINA a.s.
Vaničkova 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz
tel: +420 475 209 308