



Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro intervenční radiologii - neurointervence

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v Zadávací dokumentaci v článku 4) s názvem: „Specifikace plnění jednotlivých částí veřejné zakázky“ v části 7. „Karotický stent open cell“ mimo jiné tento požadavek:

„Celé spektrum průměrů postihující cévy o průměru 4 – 10 mm, délka stentu 20 – 40 mm“

Uchazeč disponuje stenty postihující cévy o maximálním průměru 9 mm, které však po započítání 10% tolerance na Technické parametry splňují požadavky zadavatele, nehledě na to, že, dle uchazeče, je uvedený rozdíl pro klinické použití zanedbatelný.

Bude zadavatel na základě výše uvedeného akceptovat nabídku, jež bude po zohlednění 10% tolerance na technické parametry splňovat požadavky zadavatele?

Odpověď č. 1:

Zadavatel upřesňuje technickou specifikaci veřejné zakázky takto:

U části č.3, č.5, č.7, č.8, č.10. veřejné zakázky zadavatel akceptuje standardní běžnou toleranci +/- 10% z požadovaných technických parametrů. Na základě tohoto upřesnění zadavatel stanovuje nový termín pro podání nabídek na 02.02.2015 v 10:00 hod. Otevírání obálek 02.02.2015 v 11:00 hod.

V Ústí nad Labem dne: **14 -01- 2015**



06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel