

Název veřejné zakázky: **Dodávka anesteziologických přístrojů**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2175/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz číslo 1

V příloze č. 2 Technické specifikace v odstavci „Anesteziologický přístroj“ zadavatel požaduje

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 1-60 dechů za minutu

Účastník se domnívá, že požadavek na dechovou frekvenci 1 dechu/ minutu je tak velice specifický, že ho v praxi lze jen velmi těžko využít.

Bude zadavatel považovat za splnění požadavku zadání anesteziologický přístroj s technickým řešením pro ventilační režim PCV-VG rozsahu nastavení 2 – 60 dechů za minutu a pro VCV 4 až 100 dechů za minutu?

Dotaz číslo 2

V příloze č. 2 Technické specifikace v odstavci „Anesteziologický přístroj“ zadavatel požaduje

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50% doby trvání inspira

Účastník se domnívá, že požadavek na nastavení doby inspirační pauzy 0 % jakož i jednotky % jsou tak velice specifické, že je v praxi lze jen velmi těžko využít.

Bude zadavatel považovat za splnění požadavku zadání anesteziologický přístroj s technickým řešením pro nastavení doby trvání inspira v rozsahu VYP, 5 až 60%

Odpověď na dotaz č. 1 a dotaz č. 2

Ano, zadavatel bude navrhovaná řešení považovat za splnění požadavků technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: 15 -06-2020

06

kz

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel