



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -
Artroskopická sestava s 4K rozlišením**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2137/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Kamerová jednotka a záznamové zařízení

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci v části „Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti“ v odstavci kamerová jednotka a záznamové zařízení požaduje ukládání dat do interní paměti o kapacitě minimálně 256 GB.

Nabízíme kamerovou jednotku s možností ukládání dat na úložiště o velikosti 1 TB, které je připojeno přes USB rozhraní. K tomuto úložišti lze připojit současně až 4 další úložiště o kapacitě až 1 TB.

Bude zadavatel akceptovat, bez jakékoliv penalizace výše popsané řešení, které splňuje medicínský účel, který zadavatel požaduje?

Odpověď č. 1

Zadavatel bude akceptovat i výše popsané řešení.

Kamerová hlava

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci v části „Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti“ v odstavci kamerová hlava požaduje min. 4 programovatelná ovládací tlačítka integrovaná na kamerové hlavě.

Nabízíme kamerovou hlavu, pomocí které lze ovládat až 4 nastavitelné funkce pomocí dvou tlačítek pomocí krátkého a dlouhého stisku.

Bude zadavatel akceptovat, bez jakékoliv penalizace, kamerovou hlavu se dvěma plně programovatelnými tlačítky, které umožní ovládat 4 funkce ?

Odpověď č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat i kamerovou hlavu se dvěma plně programovatelnými tlačítky, které umožní ovládat 4 funkce.

Zdroj světla

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci v části „Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti“ v odstavci zdroj světla požaduje světelný zdroj, který je integrovanou součástí kamerové jednotky.

Bude zadavatel akceptovat systém samostatného světelného zdroje a kamerové jednotky, které jsou spolu datově propojeny, a které v případě poruchy jednoho z přístrojů neomezují funkci druhého přístroje?

Odpověď č. 3

Ano, zadavatel bude akceptovat i systém samostatného světelného zdroje a kamerové jednotky, které jsou spolu datově propojeny, a které v případě poruchy jednoho z přístrojů neomezují funkci druhého přístroje

Shaver

Dotaz č. 4

Zadavatel v technické specifikaci v části „Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti“ v odstavci shaver požaduje min. 3 ovládací tlačítka na motorové ručce pro zapnutí modů změnu směru a oscilace.

Bude Zadavatel akceptovat motorovou ručku se dvěma tlačítky, pomocí kterých lze ovládat požadované funkce spuštění, změnu směru a oscilaci?

Odůvodnění: požadavek nemění uživatelský komfort ani medicínský účel požadovaný Zadavatelem.

Odpověď č. 4

Ano, zadavatel bude akceptovat i motorovou ručku se dvěma tlačítky, pomocí kterých lze ovládat požadované funkce spuštění, změnu směru a oscilaci.

Artroskopická pumpa s odsáváním

Dotaz č. 5

Zadavatel v technické specifikaci v části „Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti“ v odstavci Artroskopická pumpa s odsáváním požaduje jako jeden z parametrů nastavitelný tlak v rozsahu minimálně 20-260 mmHg.

Dle znalostí účastníka tento parametr splňuje pouze jeden dodavatel. Ostatní světoví dodavatelé umožňují nastavení tlaku maximálně do 120 nebo 150 mmHg. Tyto hodnoty jsou maximálně přípustné jako bezpečné podle evropských guidelín. Domníváme se proto, že požadavek zadavatele je neoprávněný a v případě použití takto vysokých tlaků může dojít k ohrožení zdraví pacienta.

Na základě výše uvedeného se ptáme, zdali bude zadavatel akceptovat pumpu s nastavením tlaku v rozsahu 20-150 mmHg?

Odpověď č. 5

Ano, zadavatel bude akceptovat i pumpu s nastavením tlaku v rozsahu 20-150 mmHg.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Artroskopická sestava s 4K rozlišením o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 18-06-2020

06
KZ
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel