

## Objednávka 4600088660

Datum objednávky 22.06.2020

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

Surgicare s.r.o.  
Šanov 216  
270 31 SENOMATY

Vaše číslo dodavatele u nás  
1011569

Termín dodávky: 22.06.2020

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava urologického laseru	231.352,00	231.352,00

Objednáváme u Vás opravu litotryptického laseru AURIGA QI v.č.4006-A-0263  
inv.č.410001391

- servis - hlásí poruchu
- oddělení urologie Nemocnice Most, [REDACTED]

Objednávka vystavena na základě vašeho servisního listu 2020\_06\_15\_Laser\_Auriga

Celk.hodn. s DPH CZK

231.352,00

Schválil: [REDACTED]

Krajská zdravotní, a.s.  
- Nemocnice Most, o.z.  
Odbor obslužných klinických  
Oddělení zdravotnické techniky  
J.E. Purkyně 270, 434 64 Most  
IČ: 25488627, DIČ: CZ254886  
tel: 478 031

Z důvodu registrace k DPH je od 1. 1. 2020 na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

# Servisní list 2020\_06\_15\_Laser\_Auriga

(dle zákona 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů §64 §65 §66)

Název: Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.	Č.obj.: 4600085547
	IČO: 25488627
Adresa: J.E. Purkyně 270, Most	DIČ: CZ25488627
Přístroj: Laser AURIGA QI - holmiový urologický, inv.č. 410001391	v.č.: 4006 – A - 0263
Typ zásahu: Servis – hlásí poruchu	<del>—</del> ZÁRUČNÍ x POZÁRUČNÍ

## Technické vyjádření k opravě

U laserového přístroje Auriga QI došlo ke ztrátě výkonu na distálním konci laserového vlákna. Diagnostikou a postupným analyzováním možných chyb a tím i postupné výměně patřičných součástí bylo zjištěno, že nejpravděpodobnější příčina je v tzv: „aiming beam source“.

Spotřeba materiálu	Typ	Počet kusů	Cena/jedn.	Cena	
Aiming beam source		1	129 000	129 000	
Flas lamp			33 000	33 000	
Další součástky – těsnění, filtry, apod.			12 000	12 000	
				<b>174 000</b>	
Počet prac.	1	Počet servisních hodin	10	1400,-	14 000
		Posouzení elektrické bezpečnosti	1	1200,-	1 200
		Doprava	2	1000,-	2 000
			Celkem	<b>17 200</b>	

<b>CENA CELKEM</b>	<b>191 200 Kč</b>
--------------------	-------------------

Předpokládaná cena opravy je maximálně 191 200 Kč bez DPH.

Předpokládaná cena opravy je maximálně 231 352 Kč včetně DPH.

[Redacted]  
Od: [Redacted]  
Odesláno: pondělí 22. června 2020 14:34  
Komu: [Redacted]  
Kopie: objednat@surgicare.cz  
Předmět: FW: objednávka  
Přílohy: 4600088660.pdf

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí výše uvedené objednávky.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

[Redacted]  
[Redacted]  
Specialista pro zákaznický servis,  
logistiku a prodej



Mob.: [Redacted]  
Fax: [Redacted]  
E-mail: [Redacted]

SurgiCare s.r.o. || Česká republika || Šanov 216, 270 31 Rakovník || [Redacted] || [www.surgicare.cz](http://www.surgicare.cz)

**From:** [Redacted]  
**Sent:** Monday, June 22, 2020 10:02 AM  
**To:** objednat@surgicare.cz  
**Cc:** [Redacted]  
**Subject:** objednávka

Dobrý den,  
V příloze Vám zasílám objednávku č. 46/88660 – oprava litotryptického laseru AURIGA QI v.č.4006-A-0263 na oddělení urologie Nemocnice Most.  
Prosím o akceptaci (potvrzení přijetí) této objednávky z důvodu vkladu do registru smluv.

Děkuji, přeji hezký den.

 **Krajská zdravotní, a.s.**

████████████████████  
referent

Oddělení zdravotnické techniky

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

web: [www.kzcr.eu](http://www.kzcr.eu)

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270, Most

