

Požadavky na účinnost		
Označení	Účinnost	Oblast použití
A	baktericidní	Prokazování atestem
	ruce	EN 13727 a EN 1500 pro hygienickou dezinfekci rukou nebo EN 12791 pro chirurgickou dezinfekci rukou
	kůže	EN 13727 a EN 1500
	kůže - oblasti s vysokým obsahem mazových žláz	DGHM 13
	nástroje	EN 14561
	plochy a povrchy	EN 14561 nebo EN 13697(požadavek $RF \geq 5 \log$)
(B)	omezeně virucidní	metodika DVV/RKI nebo podle EN 14476 - test na BVD a Vacciniavirus
	ruce	
	kůže	
	nástroje	
	plochy a povrchy	
B	plně virucidní	EN 14476 (nebo DVV/RKI)- test na Polio-, Adeno- a Noroviry (MINV)
	ruce	
	nástroje	
	plochy a povrchy	
(V)	na kvasinky	EN 13624 - test na C. albicans
	kůže	
	nástroje	EN 14562 - test na C. albicans
	plochy a povrchy	EN 14562 nebo EN 13697 (požadavek $RF \geq 4$) - test na C. albicans
V	fungicidní	EN 14562 - test na C. albicans a A. niger
	plochy a povrchy	minimálně EN 13624 (nebo EN 13697 nebo EN 14562 nebo srovnatelnou metodou) - test na C. albicans a A. niger
T	tuberkulocidní	EN 14348 - test na M. terrae
	kůže	
	nástroje	EN 14563 - test na M. terrae
	plochy a povrchy	EN 14563, nebo srovnatelnou metodou - test na M. terrae nebo M. tuberculosis
M	mykobaktericidní	EN 14563 - test na M. terrae a M. avium
	plochy a povrchy	minimálně EN 14348 (nebo EN 14563, nebo srovnatelnou metodou) - test na M. terrae a M. avium
C	sporicidní	EN 13704 nebo srovnatelná testovací metoda - test na Bacillus subtilis