



Název veřejné zakázky: **Hybridní přístroj PET/CT vč. příslušenství a pozáručního servisu**
Druh veřejné zakázky: **dodávky**
Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**
Druh zadávacího řízení: **otevřené**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2188/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz

„V Opise predmetu zakázky v bode (v riadku tabuľky) č. 19 požadujete:

„Maximální dosažitelné časové rozlišení 390 psec“

Máme v úmysle sa zúčastniť súťaže, ale hodnota tohto parametra nás diskriminuje. Chápeme, že sa jedná o dôležitý parameter PET časti, ktorý je zároveň aj hodnoteným parametrom.

Požadujeme jeho nevýraznú zmenu na hodnotu 410 psec. V prípade, že vyhovieť našej požiadavke, ponúkneme Vám prístroj, ktorý svojimi parametrami v CT aj PET časti, predčí Vami požadované vlastnosti a parametre (CT s 80 radovým detektorom a pokrytím 40 mm v smere osi Z, PET s citlivosťou, ktorá bude prakticky dvojnásobná oproti požadovanej hodnote).

„Handycap“ v podobe časového rozlíšenia horšieho o cca 5% je z hľadiska priestorového rozlíšenia bohato kompenzovaný použitím unikátnej technológie majúcim za následok presnejšie určenie polohy priamky tvorenej dráhami protibežných fotónov.

Takže naša otázka znie:

Je možné v riadku 19 zmeniť hodnotu tak, aby nový riadok 19 znel takto:

Maximální dosažitelné časové rozlišení 410 psec?“

Odpověď na dotaz

Zadavatel trvá na původním znění požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci, příloha č. 3 Technická specifikace, p. č. 19 „Maximální dosažitelné časové rozlišení max. 390psec (Hodnoceno)“.

Komentář:

Jak sám tazatel uvádí ve svém dotazu, jedná se o jeden z velice důležitých parametrů PET systému a má značný vliv na možnosti využití pokročilých rekonstrukčních metod. Již hodnota max. 390 psec požadovaná v zadávací dokumentaci, byla vnímána jako hodnota značně benevolentní, protože nám známé PET/CT systémy s polovodičovou detekcí dostupné na trhu ČR, disponují hodnotou časového rozlišení pod tuto stanovenou mez.

Nemůžeme ani souhlasit s tvrzením tazatele, že dojde k nevýraznému zhoršení tohoto parametru pouze o cca. 5%. Pokud použijeme pro srovnání průměrnou hodnotu časového rozlišení všech nám známých PET/CT systémů dané kategorie, dostupných na trhu v ČR, bude rozdíl více než 30 % a v případě



srovnání s nejlepší dostupnou hodnotou časového rozlišení, vzniklý rozdíl bude činit více než 85 % v neprospěch systému s hodnotou časového rozlišení 410 psec.

V Ústí nad Labem dne: 02 -07-2020

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel