



Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Chirurgický šicí materiál pro Krajskou zdravotní, a. s. - Nevstřebatelný monofilamentní polypropylen“

Dotaz:

ve VŘ "Chirurgický šicí materiál - Nevstřebatelný monofilamentní polypropylen" je uvedená délka vlákna 60cm. Běžně jsou dodávány vlákna 45cm, 75cm a 90cm. Je možné místo 60cm - položka č. 8-14 nabídnout 75cm, které standardně vyrábím a které nabízí dosavadní dodavatel BBraun?

Odpověď:

Zadavatel upravil administrativní chybu ve specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky u dotazovaných položek.

V souvislosti s upřesněním specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a úpravy přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek do:

23 -03- 2015

..... v 10:00 hod.

23 -03- 2015

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: **29 -01- 2015**


.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

