



Název veřejné zakázky: **Hybridní přístroj PET/CT vč. příslušenství a pozáručního servisu**

Druh veřejné zakázky: **dodávky**

Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **otevřené**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2188/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz

V parametrech zadaných zadavatelem je uvedena minimální hodnota maximálního dosažitelného výkonu generátoru CT subsystému 80 kW. Námi nabízený subsystém CT je konstruován s tzv. krátkou geometrií CT části. Design „krátké geometrie“ při zachování otvoru gantry 70 cm zvyšuje účinnost geometrie ve srovnání s konvenčním systémem s dlouhou geometrií. Například námi nabízené řešení disponuje vzdáleností mezi ohniskem a isocentrem 541 mm. Vzdálenost v konvenčním systému s dlouhou geometrií je 600 mm. Geometrická účinnost našeho řešení je přibližně o 19% vyšší než u systému s dlouhou geometrií. To znamená, že i výkon generátoru našeho systému 72 kW odpovídá ekvivalentu výkonu generátoru 89 kW v dlouhé geometrii.

Bude zadavatel akceptovat produkt PET/CT, kde výkon generátoru CT subsystému činí 72 kW s ekvivalentem 89 kW?

Odpověď na dotaz

Odpověď:

Zadavatel trvá na znění a hodnotě rozporovaného požadavku tak, jak je uvedena v dokumentu s názvem „Příloha č. 3 Technická specifikace“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Komentář:

Zadavatel s ohledem na možný dynamický rozvoj nových metod vyšetření této PET/CT diagnostické metody, a na základě svých vlastních zkušeností z provozu PET/CT systémů, stanovil hodnotu výkonu generátoru na požadovanou úroveň, která je uvedena v technické specifikaci zadávací dokumentace. Také z informací, které zadavateli byly a jsou dostupné, je patrné, že na trhu existují nejméně tři výrobci, kteří nabízejí PET/CT systém a CT subsystémem s výkonem generátoru rovno nebo více než 80kW.

V Ústí nad Labem dne: 16.7.2020


.....
Ing. Václav Štyvar
samostatné oddělení veřejných zakázek