

Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s. - 2“

Dotaz:

Zadávací dokumentace „ Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra.... KZ“

Prosím Vás o upřesnění a vyjádření: v projektové dokumentaci Flowmetr (strana 7) je požadavek na 2ks sond – o průměru od 1-11 mm.

V příloze přikládám velikosti sond pro Cerebrovascular Surgery.

Pro dále přikládám přehled všech velikostí.

Odpověď:

Zadavatel požaduje 2 ks perivaskulárních průtokových sond pro měření průtoku krve na arteriích, karotidách, na anastomózách o průměru 1,5 mm a 2 mm.


V souvislosti s upřesněním technické specifikace, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 4: Flowmetr intraoperační do:

..... 23 -04- 2015..... v 10:00 hod.

Zahájení otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23 -04- 2015..... v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne:

02 -02- 2015


Ing. Petr Fiala
generální ředitel


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627