



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -
Artroskopická sestava s 4K rozlišením**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2137/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel uvádí v Příloze č. 2 Technická specifikace (2), „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Artroskopická sestava s 4K rozlišením“ technickou specifikaci pro jednotku shaveru a vaporizační jednotku. Uchazeč nabízí integrovanou shaverovou a vaporizační jednotku (shaver a vaporizační jednotka integrované v jednom přístroji) světově známého výrobce a jednoho z leaderů v oblasti artroskopie a sportovní medicíny. Integrovaná jednotka nabízí technicky a kvalitativně obdobné řešení, které svými technickými parametry převyšuje minimální technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této technické specifikaci a splňuje požadavky na stejný medicínský a chirurgický účel.

Uchazeč má pokročilejší technologické řešení týkající se ochrany proti poškození optiky při kontaktu elektrody s artroskopem. Toto řešení spočívá v ochraně proti poškození optiky pomocí automatické detekce artroskopu a automatického omezení výkonu na distálním konci elektrody jako prevence proti poškození artroskopu. Tato technologie tedy detekuje již samotné nebezpečí dotyku (a nečeká tedy až na samotný dotyk, kdy už může být pozdě). V případě detekce tohoto nebezpečí dotyku automaticky omezuje výkon, aby nedošlo k poškození artroskopu. Jedná se o technologicky pokročilejší řešení, které šetří náklady v souvislosti s poškozením optiky.

Zadavatel ve své specifikaci vyžaduje elektrody (ručky) bez odsávání a s odsáváním a resterilizovatelné ručky včetně připojovacího kabelu separátně. Uchazeč nabízí již integrovanou ručku s elektrodou, včetně připojovacího kabelu, tedy nikoliv každou položku zvlášť. Jedná se o rovnocenné řešení.

Dotaz:

Umožní zadavatel účast uchazeči s integrovanou shaverovou a vaporizační jednotkou, s výše uvedenou ochranou proti poškození optiky elektrodou a s integrovanou ručkou s elektrodou včetně kabelu?

Odpověď č. 1

Zadavatel nepřipouští shaver a vaporizační jednotku integrované společně v jediném zařízení. Zadavatel z důvodu provozních nákladů připustí ručky s integrovanou (neoddělitelnou) elektrodou pouze za předpokladu, že tyto budou resterilizovatelné.

V Ústí nad Labem dne: **20-07-2020**

v zastoupení MUDr. Aleš Chodacki

Ing. Petr Fiala
generální ředitel