



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Počítačový tomograf**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2222/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobry

bude zadavatel akceptovat toleranci $\pm 10\%$ u parametru c. 14. Maximální skenovací rozsah stolu v ose Z pro
spirální akvizici, uvedenem v technické specifikaci?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na původním znění dotazovaného parametru, tak jak byl stanoven v dokumentu „Příloha
č. 2 - Technická specifikace.xlsx“, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Komentář:

Zadavatel stanovil tento parametr a jeho hodnotu jako minimální a nepřipouští u něj toleranci $+10\%/-10\%$. Jeho hodnota může být tedy rovna nebo jakákoliv větší, než je uvedená hodnota v požadavku. Limit hodnoty, byl stanoven s ohledem na dva faktory. Prvním faktorem je rozsah užití poptávaného CT systému, kde je zastoupena i diagnostika pacientů s traumatem či polytraumatem. Druhý faktor který úzce souvisí s prvním uvedeným faktorem, je skutečnost, že obecně průměrná výška obyvatelstva v ČR roste a u mužské populace je v ČR podle posledních statistik 180 cm.

V Ústí nad Labem dne: **28-07-2020**

02
kz
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel