



Název veřejné zakázky: **Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. II.**
- část 1: Ostatní síta a sterilizační kontejnery

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2207/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Akceptuje zadavatel 2D Datamatrix gravírovaným laserem (dle EN 9132), velikost min 2,5 x 2,5 mm, kód obsahuje standardní značení UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1, minimálně obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, sériové číslo?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel akceptuje tuto možnost značení za podmínky funkčnosti v informačním systému Medix.

Dotaz č. 2

U oválných nástrojů nelze docílit rovné plochy bez poškození pasivační vrstvy a zásahu do materiálové struktury nástroje. Akceptuje zadavatel u oválných nástrojů Datamatrix kód na oválné části?

Odpověď na dotaz č. 2

Pokud není možné Datamatrix kód umístit na rovnou plochu nástroje, zadavatel akceptuje umístění kódu na oválnou část nástroje za podmínky, že kód nebude například po obvodu držadla a tudíž nečitelný pro čtečku. Zadavatel v dokumentu Značení nástrojů vyznačuje, že je možné kód umístit na zaoblené části, ale pouze v podélném směru například rukojeti, aby bylo možné načíst kód čtečkou (například viz vyznačení u nůžek).

Dotaz č. 3

Z hlediska jedinečnosti Datamatrix kódu nelze zaručit údržbu čárového kódu ve stejném formátu čísel po servisním zásahu. Vždy je generována nová numerická řada s jasnou identifikací, že nástroj je po servisu. Akceptuje zadavatel změnu Datamatrix kódu po servisním zásahu?

**Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel akceptuje změnu Datamatrix kódu po servisním zásahu za podmínek uvedených v dokumentu Značení nástrojů, tj. dodavatel nástrojů musí dodat seznam nových číselných kódů pokud možno s původními kódy, za které byly ty nové vyměněny, aby zadavatel mohl v informačním systému tyto kódy aktualizovat.

Dotaz č. 4

Akceptuje zadavatel jednu ze dvou níže uvedených variant nabídky instrumentů nebo kombinaci variant, které splňují všechny medicínské a kvalitativní požadavky zadavatele, v praxi jsou zcela vyhovující a liší se jedním rozměrem?

Varianta 1:

Nůžky Metzenbaum 5 mm, d. 420 mm, zahnuté
Extraktor – kleště 5 mm, d. 420 mm
Úchopné kleště 5 mm, d. 420 mm
Veress jehla, průměr 2,1 mm, d. 150 mm
Odsávačka kovová, průměr 10 mm, d. 400 mm

Varianta 2:

Nůžky Metzenbaum 10 mm, d. 310 mm, zahnuté
Extraktor – kleště 10 mm, d. 310 mm
Úchopné kleště 10 mm, d. 310 mm
Veress jehla, průměr 2,1 mm, d. 150 mm
Odsávačka kovová, průměr 5 mm, d. 330 mm

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel v technické specifikaci uvádí celkovou délku nástroje včetně branže. Zadavatel bude akceptovat upravenou variantu 2 za těchto podmínek, které jsou v souladu s technickou specifikací:

- Nůžky Metzenbaum 10 mm, d. 310 mm, zahnuté – Zadavatel bude akceptovat tuto položku za podmínky, že délka 310 mm je délka pracovní části instrumentária a ne celková délka včetně branže. Na průměru 10 mm zadavatel trvá z klinických důvodů.
- Extraktor – kleště 10 mm, d. 310 mm – Zadavatel bude akceptovat tuto položku za podmínky, že délka 310 mm je délka pracovní části instrumentária a ne celková délka včetně branže. Na průměru 10 mm zadavatel trvá z klinických důvodů.
- Úchopné kleště 10 mm, d. 310 mm, hrubé – Zadavatel bude akceptovat tuto položku za podmínky, že délka 310 mm je délka pracovní části instrumentária a ne celková délka včetně branže. Na průměru 10 mm zadavatel trvá z klinických důvodů.
- Veress jehla, průměr 2.1 mm, d. 150 mm – Zadavatel tuto položku dle tolerance uvedené v technické specifikaci akceptuje.
- Odsávačka kovová, průměr 5 mm, d. 330 mm – Zadavatel bude akceptovat tuto položku za podmínky, že délka 330 mm je délka pracovní části instrumentária. Na průměru 5 mm zadavatel trvá z klinických důvodů.



Závěr

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel uveřejňuje novou technickou specifikaci a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky o celou lhůtu.

Nový termín je uveden na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

Příloha č. 3 Technická specifikace_aktualizovaná verze dne 28.7.2020

V Ústí nad Labem dne: 28-07-2020

02



Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel