



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky I.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2223/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,

zasíláme žádost o vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel v příloze „**Technická specifikace_část 09.docx**“ mimo jiné požaduje:

Požadavek na sondy

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem minimálně 1 - 5 MHz, s víceřadým systémem vysílacích a přijímacích elementů

Máme v úmyslu pro tuto část veřejné zakázky nabídnout ultrazvukový přístroj nejvyšší kvalitativní třídy od renomovaného japonského výrobce. Výrobce k přístroji nabízí špičkovou konvexní ultrazvukovou sondu s frekvenčním rozsahem 1-6 MHz, 70°, 50 mmR umožňující zobrazení až do hloubky 40 cm. Tato sonda ovšem využívá technologii snímače „Single crystal“ což je rovnocenná technologie přinášející minimálně stejnou kvalitu obrazu se shodným medicínským účelem použití.

Dotaz 1:


Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s konvexní sondou 1-6 MHz s technologií Single Crystal ?

Odpověď č. 1

Zadavatel akceptuje nabídku přístroje s konvexní sondou 1-6 MHz s technologií Single Crystal.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky I. část 9: Ultrazvuk IV. (Nemocnice Děčín, o.z.) o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 30-07-2020



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel