



Název veřejné zakázky: **Robotický systém pro Neurochirurgickou kliniku, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 1: Robotický systém pro spinální operace vč. pozáručního servisu**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2131/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v příloze č.3 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE podle našeho zjištění nejednoznačné informace, které je nezbytné **dodatečně specifikovat**, aby se předešlo sporným momentům při hodnocení nabídek od jednotlivých uchazečů a měli jsme tak jistotu, že naše nabídka bude zadavatelem akceptována.

V jednom z bodů ZD uchazeč požaduje mobilní systém

„**Plně mobilní** systém s možností využití na jakémkoliv operačním sále“
v dalším bodě pak

„**Stabilní systém** zajišťující dostatečnou přesnost“.

Znění dotazu:

a- Požaduje tedy zadavatel mobilní systém s možností převozu mezi sály, nebo stabilní systém s vysokou přesností?

b- Jak máme chápat požadavek na stabilitu systému?

Jedná se o předpoklad SW stability IT části systému, nebo stability mechanických částí systému?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje plně mobilní systém pro snadný přesun systému v rámci různých operačních sálů v prostoru oddělení centrálních operačních sálů, a zároveň požaduje stabilní (nikoliv stacionární) systém pro perioperační péči.



Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí v příloze č.3 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE požadavek na „Stabilní systém zajišťující **dostatečnou** přesnost“.

Znění dotazu:

Jaká přesnost je pro nabízený systém dostatečná?

Žádáme tedy zadavatele, aby dodatečně a exaktně specifikoval tento obecný požadavek na přesnost robotického systému, a nedošlo k našemu špatnému výkladu obecného pojmu „dostatečná“ a měli jsme tak jistotu, že naše nabídka bude hodnocena jako splňující tento požadavek ZD.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje stabilní systém s klinicky akceptovatelnou přesností minimálně 98% pro zavedení pedikulárních šroubů.

V Ústí nad Labem dne: 06-08-2020

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel