



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Ultrazvuky I.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2223/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1 část 1

Dotaz:

V technické specifikaci zadávací dokumentace na část 1: "Ultrazvukový přístroj pro dětské odd." je požadováno:

- **Bateriový provoz po dobu minimálně 120 minut**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s bateriovým provozem 60 minut?

Odpověď č. 1 část 1

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení a **upravuje** technickou specifikaci viz. text níže:

- ***bateriovým provozem po dobu minimálně 60 minut***

Dotaz č. 2 část 3

V technické specifikaci zadávací dokumentace na část 3: "Ultrazvukový přístroj pro Ortopedické odd." je požadováno:

- **Minimálně 6 tlačítek s funkcí volně programovatelnou uživatelem**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, který má 5 tlačítek s funkcí volně programovatelnou uživatelem?

Odpověď č. 2 část 3

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení a **upravuje** technickou specifikaci viz. text níže:

- ***minimálně 5 tlačítek s funkcí volně programovatelnou uživatelem***



Dotaz č. 3 část 3

V technické specifikaci zadávací dokumentace na část 3: **"Ultrazvukový přístroj pro Ortopedické odd."** je požadováno:

- **Duální zobrazení dvou B obrazů (vedle sebe, nad sebou)**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, který umožňuje duální zobrazení dvou B obrazů pouze vedle sebe?

Odpověď č. 3 část 3

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení a **rozšiřuje** technickou specifikaci viz. text níže:

- ***duální zobrazení dvou B obrazů (vedle sebe i nad sebou, nebo pouze vedle sebe)***

Dotaz č. 4 část 3

V technické specifikaci zadávací dokumentace na část 3: **"Ultrazvukový přístroj pro Ortopedické odd."** je požadováno:

- **Automatické měření a vyhodnocení Graafova protokolu včetně grafického výstupu k vyhodnocení alfa a beta úhlů**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, u kterého se měření a vyhodnocení Graafova protokolu provádí manuálně (ne automaticky)? Přístroj má grafický výstup k vyhodnocení alfa a beta úhlů.

Odpověď č. 4 část 3

Zadavatel **trvá** na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 5 část 4

Dotaz:

V technické specifikaci zadávací dokumentace na část 4: **"Ultrazvukový přístroj pro Gynekologické odd."** je požadováno:

- **Barevný minimálně 12" ovládací touchpanel s možností nastavení sklonu**

Bude zadavatel akceptovat dedikovaný ultrazvukový přístroj prémiové třídy s touchpanelem o velikost 10"?

Odpověď č. 5 část 4

Zadavatel **trvá** na původním znění technické specifikace.



V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejných zakázek Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky I. část 1: ultrazvukový přístroj I. (Nemocnice Chomutov, o.z.); Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky I. část 3: Ultrazvukový přístroj mobilní I. (Nemocnice Teplice, o.z.) o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 10-08-2020

02
Kz
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel